



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale provvisoria:
C.so Svizzera, 164 - 10149 Torino
☎ 011/4393111



S. C. BENI E SERVIZI ex A.S.L. TO2
Via Botticelli, 151 - 10154 Torino
Tel. 0112402635 - Fax 0112402704
e-mail: beni.servizi@aslto2.piemonte.it
PEC: beni.servizi@pec.aslcittaditorino.it

Prot. n. /17 del
Tit. I cat. 6 Cl. 1

OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di strisce reattive per la determinazione della glicemia e lancette pungidito ad uso ospedaliero, occorrente alle AA.SS.LL. Città di Torino (ex ASL TO2) e TO4.
- RICHIESTA CHIARIMENTI

In relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti relativamente alle richieste pervenute:

D. La sottolineatura "ad uso ospedaliero" riportata a pag. 3 del capitolato speciale implica l'esclusione di glucometri "ad uso domiciliare", il cui approvvigionamento di sensori è possibile anche in farmacie territoriali private, oppure è prevista anche la partecipazione con tali glucometri purchè siano soddisfatte le specifiche tecniche richieste? Cioè l'indicazione ha valore puramente descrittivo o prescrittivo?

R. I glucometri ospedalieri sono diversi da quelli domiciliari. Questa è una gara per glucometri ospedalieri.

D. "Maneggevolezza del sistema", assegnazione 4 punti (inserimento ed estrazione strisce, ampiezza schermo, dimensioni tasti, utilizzo intuitivo del sistema): il punteggio totale (4) si intende derivato dall'assegnazione di un punto per ogni criterio indicato?

R. Era stato deciso 4 punti su una valutazione complessiva dei parametri indicati, non era stato specificato che era un punto per ognuno dei 4 parametri indicati.

D. Per "assenza di calibrazione" si intende: l'assenza di procedure di calibrazione e/o altri interventi da parte dell'operatore per quanto riguarda l'utilizzo nei dispositivi di lotti diversi di strisce?

R. Si intende che non deve esistere nessuna procedura per la calibrazione da parte del personale medico o infermieristico indipendentemente dal lotto usato.



S. C. BENI E SERVIZI ex A.S.L. TO2
Tel. 0112402635 - Fax 0112402704 - e-mail: beni.servizi@aslto2.piemonte.it
PEC: beni.servizi@cert.aslto2.piemonte.it

Per la Ditta: timbro e firma _____

D. "rimozione sicura delle strisce" riportata al punto 11, voce specifiche tecniche dei lotti 1.2 ed 2.2: si intende espulsione automatica delle strisce o anche espulsione manuale con mezzi meccanici?

R. L'espulsione deve essere automatica (con automatica intendiamo: l'operatore agisce su un bottone/levetta e l'apparecchio espelle la striscia senza che questa venga toccata). L'operatore non deve toccare la striscia una volta usata con le mani con o senza guanti o con pinze o altro.

D. pag. 14 del capitolato speciale alla voce specifiche tecniche dei lotti 2.1 e 1.1 al punto 4: "sistema di controllo..." si intende la segnalazione di codici di errore? O altro? Quale il valore del "preferibilmente"?

R. Si intende che devono essere presenti dei messaggi di errore da parte dell'apparecchio e devono essere utilizzabili delle soluzioni di controllo per poter controllare che l'apparecchio funzioni correttamente. Il "preferibilmente" è "SI" o "NO".

D. Per "affidabilità del sistema" pag. 7 capitolato speciale, si intende la correlazione con metodo di riferimento di laboratorio?

R. Si intende che sia in linea con le ISO in atto e che sia correlabile con il metodo di riferimento del laboratorio.

D. Con riferimento alle Specifiche tecniche richieste dal Capitolato Speciale, in particolare "8. Assenza di calibrazione" e "12. Sensibilità su intervalli di misura del glucosio di circa 20-600 mg/dl", si chiede la possibilità di poter partecipare alla procedura offrendo un sistema conforme alle ISO 15197 2013 che eseguendo il test della glicemia e della chetonemia utilizza le relative strisce e di conseguenza ha la necessità di eseguire la calibrazione tramite chip codificatore, fornito nella confezione delle strisce, con lo scopo di poter distinguere la tipologia di striscia e quindi di test da eseguire.


R. E' richiesta una apparecchiatura che non preveda nessuna procedura per la calibrazione da parte del personale medico o infermieristico indipendentemente dal tipo di striscia usata o relativo lotto.

D. Il range di lettura del sistema è 20-500 mg/DL, se il risultato è inferiore a 20 mg/dl sul display verrà visualizzato "LO" se il risultato è superiore a 500 mg/dl sul display verrà visualizzato "HI".

R. Il glucometro deve poter indicare il valore della glicemia da 20 mg/dl fino a 600 mg/dl circa, come specificato nel capitolato speciale di gara.

Distinti saluti.

Il Direttore S.C. Beni e Servizi ex A.S.L. TO2
Dr.ssa Margherita PERUCCA




S. C. BENI E SERVIZI ex A.S.L. TO2
Tel. 0112402601 - Fax 0112402704 - e-mail: beni.servizi@aslto2.piemonte.it
PEC: beni.servizi@cert.aslto2.piemonte.it

Per la Ditta: timbro e firma _____