

S.C. Beni e Servizi ex ASL TO2

Via Botticelli, 151 Cap 10154 Torino  
telefono 011 2402696  
e-mail [beni.servizi@aslto2.piemonte.it](mailto:beni.servizi@aslto2.piemonte.it)

Prot. n. 79820 /17

Torino, lì 5.09.2017

Tit. Cat. Cl

Rif. Prot. n. del

**Spett.Li Ditte concorrenti**

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di "sistemi infusionali" occorrenti a presidi vari dell'ASL Città di Torino, dell'ASL TO4, dell'ASO Mauriziano e dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, per un periodo di 60 mesi. Risposta alle richieste di chiarimenti.(3)  
**GARA N° 6793215 Lotto 1 CIG N: 7137726DD1 Lotto 2 CIG N: 713775990E**


**SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 13.09.2017**

Quesito n.1: ART. 2 *Disciplinare di Gara – Compilazione dell'offerta – DOCUMENTAZIONE TECNICA.* La Stazione appaltante indica che tutta la documentazione tecnica deve essere prodotta in lingua italiana. Tra essa è prevista anche la presentazione in copia delle CERTIFICAZIONI CE.

Le Certificazioni di marcatura CE e dei Sistemi a Garanzia della Qualità ISO sono documenti emessi da Organismi Notificatori riconosciuti a livello internazionale. Il Ministero Della Salute ha dedicato uno spazio con il nominativo degli stessi, nonché ha fornito indicazione di dove sia possibile reperire le informazioni sugli Organismi Accreditati a livello Europeo ed Internazionale...

...Alla luce di quanto qui esposto, Vi chiediamo di poter accettare la presentazione della Certificazione CE così come emessa dall'Organismo Notificato.

Risposta al quesito n.1: Si ribadisce quanto 'già espresso nelle risposte ai chiarimenti (2), prot.73334/17 del 14/08/2017, ovvero: La dichiarazione comprovante il possesso delle Certificazioni, recante i riferimenti ai dispositivi certificati e alle date di scadenza, dovrà essere prodotta in lingua italiana; in allegato, copia delle certificazioni originali.



Quesito n.2: *“Relativamente alle voci “deflussore oscurato per pompa di infusione volumetrica” e “deflussore in poliuretano per pompa di infusione volumetrica”, vista la destinazione d’uso prevista dei sistemi infusionali del lotto 2, ovvero reparti ad alta cura intensiva, dove sarebbe necessario fornire un prodotto che possieda caratteristiche di sicurezza ulteriori al fine di prevenire il rischio di miscelazione con altri farmaci che potrebbero causare interazioni chimico fisiche con conseguenti criticità per il paziente stesso, si chiede di partecipare con deflussori sprovvisti di ulteriore punto di accesso.*

Risposta al quesito n. 2: si conferma la configurazione richiesta per i vari tipi di deflussori; eventuali soluzioni offerte con varianti ritenute migliorative dal Fornitore saranno oggetto di valutazione qualitativa in sede di analisi funzionale a cura della Commissione Tecnica".

Distinti Saluti

Il Direttore S.C. Beni e Servizi ex ASL TO2  
Dott.ssa Margherit Perucca

