

Regione Piemonte – ASL Città di Torino

ALLEGATO 1 b alla trattativa per la fornitura di
n. 1 fluorangiografo-OCT

OGGETTO DELLA FORNITURA

n. 1 fluorangiografo-OCT combinato, destinato all'Ambulatorio di Oculistica, Ospedale S.G. Bosco

CONDIZIONI DI FORNITURA

- garanzia di almeno 24 mesi per difetti di fabbricazione e guasti non imputabili ad uso scorretto o trattamenti impropri da parte degli utilizzatori
- prezzo comprensivo di trasporto al piano, installazione e collaudo, addestramento certificato degli Operatori

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

- fluorangiografo a scansione laser confocale con OCT spettrale combinato
- modalità angiografica con utilizzo di tracciante fluoresceina, indocianina e in autofluorescenza
- completo di moduli per la diagnostica del glaucoma, analisi OCT del segmento anteriore, OCT del segmento posteriore wide-field
- completo di unità di acquisizione e visualizzazione immagini, stampante a colori e tavolo di supporto
- dotato di interfaccia LAN per la trasmissione delle immagini e delle misure effettuate/calcolate
- completo di eventuale set di calibrazione, se previsto

ACCESSORI E OPZIONI, da quotare separatamente

- listino prezzi scontato per ulteriori moduli funzionali applicabili successivamente allo strumento
- listino prezzi scontato dei dispositivi consumabili/semiconsumabili connessi all'utilizzo dello strumento

QUESTIONARIO TECNICO

1. produttore, modello, anno di inizio commercializzazione dello strumento
2. caratteristiche dell'unità di acquisizione, controllo e visualizzazione (tipo di PC, sistema operativo, configurazione hw ...)
3. caratteristiche della sorgenti laser di misura
4. dimensioni e peso
5. necessità di alimentazione da gruppo di continuità assoluta (UPS)
6. modello di stampante per bioimmagini abbinata allo strumento
7. descrizione delle operazioni di verifica e manutenzione periodica, suddivise in azioni a carico del personale utilizzatore e azioni a carico dell'assistenza tecnica