

Regione Piemonte – ASL Città di Torino

ALLEGATO 1 d alla trattativa per la fornitura di
n. 1 laser oftalmico fotocoagulatore yellow multispot

OGGETTO DELLA FORNITURA

n. 1 laser oftalmico fotocoagulatore yellow multispot, destinato all'Ambulatorio di Oculistica, Ospedale S.G. Bosco

CONDIZIONI DI FORNITURA

- garanzia di almeno 24 mesi per difetti di fabbricazione e guasti non imputabili ad uso scorretto o trattamenti impropri da parte degli utilizzatori
- prezzo comprensivo di trasporto al piano, installazione e collaudo, addestramento certificato degli Operatori

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

- lunghezza d'onda nominale 577 nm
- modalità di emissione multispot con pattern preconfigurati selezionabili
- emissione di treni di impulsi con frequenza di circa 100 Hz e duty-cycle regolabile fra 5% e 100%
- dotato preferibilmente di interfaccia LAN per la trasmissione del programma di terapia effettuato
- completo di pedale di controllo
- completo di eventuale set di calibrazione, se previsto
- completo di tavolo di esame e lampada a fessura tipo "Haag-Streit"

ACCESSORI E OPZIONI, da quotare separatamente

- listino prezzi scontato per ulteriori accessori applicabili successivamente allo strumento
- listino prezzi scontato dei dispositivi consumabili/semiconsumabili connessi all'utilizzo dello strumento

QUESTIONARIO TECNICO

1. produttore, modello, anno di inizio commercializzazione del fotocoagulatore laser
2. produttore, modello della lampada a fessura
3. caratteristiche della sorgente laser
4. modalità di emissione multispot selezionabili
5. modalità di emissione dei treni di impulsi
6. caratteristiche dell'unità controllo
7. caratteristiche dell'interfaccia di trasmissione dati
8. funzionalità presenti nel pedale di controllo
9. dimensioni e peso
10. necessità di alimentazione da gruppo di continuità assoluta (UPS)
11. descrizione delle operazioni di verifica e manutenzione periodica, suddivise in azioni a carico del personale utilizzatore e azioni a carico dell'assistenza tecnica