



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S. C. ACQUISTI

Via San Secondo, 29/bis - 10128 Torino

Tel. 011.5662323 - Fax 011.5662293

e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it

PEC: beni.servizi@pec.aslcittaditorino.it

Oggetto: Procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n. 1 diagnostica TC (lotto 1) e n. 1 diagnostica RM 3T (lotto 2), destinate all'Ospedale "San Giovanni Bosco".
CIG lotto 1: 7394576527;
CIG lotto 2: 739459332F.
CHIARIMENTI.

AMMINISTRATIVI

QUESITO N.1 - IMPORTO

Si chiede cortesemente di confermare che la non superabilità dell'importo a base d'asta sia da intendersi riferito all'importo complessivo e non ai singoli importi riportati nel capitolato.

Fermo restando l'importo complessivo a base d'asta, si chiede conferma che i singoli importi relativi ad apparecchiatura, servizio assistenza tecnica e lavori di installazione sono presunti e quindi superabili, purchè la loro somma non sia maggiore dell'importo complessivo a base d'asta di Euro 2.520.000,00.

RISCONTRO:

Si conferma quanto indicato all'art. 1.2 del CSA "IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO".

L'importo presunto della fornitura è definito come segue:

lotto 1 - totale complessivo presunto Euro 1.830.000,00;

lotto 2 - totale complessivo presunto Euro 2.520.000,00.

QUESITO N. 2 - CONTRIBUTO DI EURO 700.000,00 E SCHEMA DI OFFERTA

Con riferimento all'allegato 6.2 - Schema di offerta riepilogativo -, si chiede di specificare se il canone di noleggio da indicare nella tabella sia al netto del contributo di Euro 700.000,00, riconosciuto in unica soluzione al collaudo dell'apparecchiatura.

Si fa presente inoltre che sullo schema di offerta viene chiesto di indicare il canone mensile mentre all'art. 4.7 - Modalità di fatturazione pagamento - del capitolato sono indicate rate trimestrali posticipate; si chiede di specificare il canone corretto da indicare.

Si chiede di specificare se il contributo di Euro 700.000,00 sia legato esclusivamente alla diagnostica RM e non ai lavori di installazione.

RISCONTRO:

Il canone di noleggio da indicare nello schema di offerta deve includere anche il contributo di Euro 700.000,00.

Nella compilazione dello schema di offerta deve essere rispettato quanto richiesto, sia per quanto riguarda il canone di noleggio (mensile e annuale), che per quanto riguarda l'importo complessivo della fornitura.

Si precisa che il suddetto importo verrà considerato per l'attribuzione del punteggio economico.

L'art. 4.7 invece disciplina la modalità di fatturazione e pagamento nel periodo di gestione della fornitura.

Il contributo di Euro 700.000,00 è legato esclusivamente alla diagnostica RM e non ai lavori di installazione.

QUESITO N. 3 - REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO

Il bando di gara e il capitolato speciale (disciplinare) non fissano requisiti minimi di partecipazione attinenti alla capacità economica finanziaria e alla capacità tecnica professionale. Infatti, nel documento "istruzioni per la compilazione del DGUE" relativamente alla Parte IV viene specificato che per la partecipazione alla procedura in oggetto è richiesto **esclusivamente** il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs 50/2016

Al riguardo precisiamo che ai sensi dell'allegato XIV lett. D) richiamato dall'art. 71 del D:lgs 50/2016, il bando deve riportare i "**Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare**". Siffatti requisiti devono infatti essere oggetto della massima pubblicità possibile e non possono essere stabiliti altrove.

Posto quanto sopra, si chiede di confermare che le **sezioni B Capacità economica e finanziaria e C Capacità Tecniche Professionali del DGUE** non dovranno essere compilate in quanto non pertinenti.

RISCONTRO:

Si ribadisce quanto prescritto dal CSA rispetto alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara (art. 2.1) in cui al punto 1 viene riportato "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato".

Si precisa che le istruzioni di compilazione del DGUE indicano espressamente di compilare sia la sezione B, che la sezione C del modello in discorso (PARTE IV CRITERI DI SELEZIONE).

QUESITO N. 4 - TUBO RADIOGENO

Si chiede conferma che il prezzo del tubo radiogeno possa essere inserito in offerta tecnica come previsto dal CSA (pag. 12, par. 2.6 “Criterio di aggiudicazione delle offerte”, voce 2.2 “Prezzo di sostituzione del tubo radiogeno e condizioni della garanzia a scalare” della tabella riepilogativa di attribuzione dei punteggi tecnici).

RISCONTRO:

Si precisa che per un mero errore materiale è stata inserita la dicitura “Prezzo di sostituzione...” alla voce 2.2 della griglia di valutazione.

L’esatta dicitura è la seguente: “Sostituzione del tubo radiogeno e condizioni della garanzia a scalare”.

Si conferma pertanto che solo nella busta contenente l’offerta economica potranno essere inseriti riferimenti ai prezzi dell’offerta.

QUESITO N. 5 - PARTECIPAZIONE IN ATI

Considerato che l’appalto è formato da prestazioni tra di loro eterogenee, vogliate confermare che è possibile la partecipazione di ATI verticali in cui:

- a) la mandataria esegue la fornitura delle diagnostiche in forma di noleggio;
- b) una mandante esegue il servizio di assistenza full-risk e di aggiornamento tecnologico per l’intero periodo contrattuale;
- c) altra mandante realizza le opere strutturali ed impiantistiche necessarie alla installazione delle diagnostiche offerte.

Nel disciplinare di gara viene indicato l’importo a base d’asta pari ad Euro 2.520.000,00 + IVA, suddiviso in Euro 1.740.000,00 per la fornitura di apparecchiature, Euro 630.000,00 per assistenza tecnica, Euro 149.000,00 per le opere di installazione ed Euro 1.000,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso. Si segnala che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Alla luce di quanto precede, si chiede di confermare che è ammessa:

- 1) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con una o più imprese;
- 2) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua lavori di installazione compresi nell’oggetto di gara;
- 3) di indicare che l’esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l’esecuzione dei lavori è la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell’art. 48.

RISCONTRO:

Come previsto dall’art. 48, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si conferma la possibilità di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale “in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”.

QUESITO N. 6 - PROGETTAZIONE E ONERI PROFESSIONALI

Si chiede di precisare il livello di progettazione che il concorrente deve presentare in fase di offerta. Relativamente agli oneri professionali (direzione lavori e coordinamento della sicurezza) si chiede di confermare che gli stessi siano a carico della Stazione Appaltante.

RISCONTRO:

Si conferma quanto previsto all'art. 1.2, ai punti 1C per il lotto 1 e 2C per il lotto 2, in cui si precisa che la fornitura "include" "- la predisposizione del progetto esecutivo, del POS, la nomina del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione", per cui si intende che gli oneri professionali sono a carico dell'appaltatore.

QUESITO N. 7 - PRESENTAZIONE PREZZI

Lotto 1: Allegato tecnico 1B punto 7 e punto 8 si cita:

7. prezzo di sostituzione del tubo radiogeno e condizioni della garanzia a scalare
8. listino prezzi scontato dei ricambi esclusi da contratto

Lotto 2: Allegato tecnico 2B punto 7 si cita:

7. listino prezzi scontato dei ricambi esclusi da contratto

- Si chiede di confermare la presentazione dei prezzi sopra indicati esclusivamente nelle buste economiche e di corredare le buste tecniche con l'elenco dei ricambi senza prezzi.

RISCONTRO:

Si conferma.

QUESITO N. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Si chiede di confermare che, a comprova della esistente **copertura assicurativa** rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.

RISCONTRO:

Si conferma.

QUESITO N. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto e nei limiti minimi e massimi di cui all'art. 113 bis co. 2 del D.Lgs. n. 50/16, ovvero percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

RISCONTRO:

Si rimanda quanto previsto all'art. 4.6 del CSA - Inadempienze e penalità.

QUESITO N. 10 - ACCESSORI/COMPLETAMENTI OPZIONALI

Si chiede di confermare che nel totale di Euro 1.830.000,00 non sia incluso l'importo degli accessori/completamenti opzionali. Si chiede di confermare quindi che tale importo non debba essere inserito nello schema di offerta Allegato 6.1 ma solo nello schema di offerta dettagliata così come indicato nel Disciplinare di Gara pag. 9 punto 2.1. (c).

Si chiede di confermare che nella documentazione tecnica (2) non debba essere inserito l'importo della TC opzionale richiesta e che tale importo deve essere inserito solo nello schema di offerta dettagliata.

Si chiede di confermare che nel totale di Euro 2.520.000, 00 non sia incluso l'importo degli accessori/completamenti opzionali. Si chiede di confermare quindi che tale importo non debba essere inserito nello schema di offerta Allegato 6.2 ma solo nello schema di offerta dettagliata così come indicato nel Disciplinare di Gara pag. 9 punto 2.1. (c).

RISCONTRO:

Si conferma.

Il Direttore S.C. Acquisti
e Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Margherita PERUCCA

