

**Regione Piemonte – ASL Città di Torino
Fornitura di servizio**

Allegato 1 alla trattativa

“Procedure di posizionamento di device venosi centrali”

OGGETTO DELLA FORNITURA

Sistema per il posizionamento di device venosi centrali (PICC, CVC, Port) tramite guida ECG intracavitaria, comprendente:

- noleggio operativo (cessione in uso + assistenza full-risk) di n. 5 apparecchi-guida al posizionamento
- materiale monouso dedicato per l'esecuzione presuntiva di 700 procedure/anno:
 - adattatore universale per il prelievo del segnale ECG intracavitario da catetere riempito di soluzione salina

CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- i prezzi unitari del servizio sono da intendersi invariati per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle quantità di prodotti effettivamente ordinati;
- il costo del servizio si intende inclusivo degli interventi manutentivi full-risk sulle apparecchiature e sugli accessori forniti in uso; della sostituzione temporanea con altro apparecchio di scorta, in caso di guasto prolungato; delle operazioni di consegna ed installazione; dell'addestramento degli Utilizzatori sino al raggiungimento dell'autonomia operativa; degli interventi di manutenzione periodica programmata con sostituzione degli eventuali semiconsumabili previsti a scadenza dal Costruttore;
- l'offerta del servizio dovrà riportare il listino-prezzi scontato di eventuali materiali consumabili alternativi o complementari, non inclusi nell'offerta-base;
- l'offerta dovrà riportare il prezzo di vendita dell'apparecchiatura, nella configurazione offerta, ed il costo per l'eventuale riscatto della stessa al termine del contratto.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

apparecchio-guida al posizionamento:

- sistema composto da tablet / PC notebook di controllo, modulo paziente e cavo ECG
- sw per l'individuazione automatica dell'onda P e della sua ampiezza
- completo di borsa/valigetta da trasporto

adattatore monouso:

- adattatore universale, applicabile a qualunque tipo di device venoso centrale
- prelievo del segnale ECG intracavitario da catetere riempito di soluzione salina
- forniti in confezione singola sterile

QUESTIONARIO TECNICO

console di controllo:

1. produttore e modello dell'apparecchiatura e degli accessori previsti nella configurazione offerta
2. funzioni di autotest e autodiagnostica disponibili
3. descrizione di altri eventuali accessori opzionali non inclusi nella configurazione offerta
4. tempi di intervento garantiti in caso di guasto bloccante
5. numero di visite di manutenzione programmata previste nella copertura contrattuale
6. sede del Centro di Assistenza Tecnica di riferimento per il Cliente

materiali di consumo dedicati:

7. caratteristiche dei dispositivi monouso offerti
8. tipo di confezionamento e durata dei prodotti consumabili
9. disponibilità e caratteristiche di ulteriori dispositivi monouso alternativi