



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Verbale di deliberazione del Direttore Generale,
Dott. Carlo Picco

n. 406/02.07/2021 del 16 Aprile 2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrenti a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, a ditte varie per la durata di 36 mesi, per un importo complessivo presunto di euro 430.850,32 oneri fiscali inclusi (di cui euro 268.070,97 per l'ASL Città di Torino) dal 01/06/2021 al 31/05/2024. Prosecuzione contrattuale fino al 31/05/2021. Importo presunto di euro 272.027,00 oneri fiscali inclusi (di cui euro 204.217,00 per L'ASL Città di Torino). Ditte varie.

L'anno *Duemilaventuno*, il giorno *Sedici* del mese di *Aprile*, in Torino, presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo, 29

art.14



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torinc
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Deliberazione del Direttore Generale

SC ACQUISTI

Oggetto: Affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrenti a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, a ditte varie per la durata di 36 mesi, per un importo complessivo presunto di euro 430.850,32 oneri fiscali inclusi (di cui euro 268.070,97 per l'ASL Città di Torino) dal 01/06/2021 al 31/05/2024. Prosecuzione contrattuale fino al 31/05/2021. Importo presunto di euro 272.027,00 oneri fiscali inclusi (di cui euro 204.217,00 per L'ASL Città di Torino). Ditte varie.

Su proposta del Direttore Supplente della S.C. Acquisti Dott.ssa Margherita PERUCCA, che di seguito si riporta:

premesse che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 609/A.09/2019 del 10/06/2019 è stata indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrenti all'ASL Città di Torino e all'ASL TO4, per la durata di 36 mesi, più eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, per un importo complessivo presunto di euro 558.410,50 + oneri fiscali inclusi;
- entro il termine di scadenza previsto alle ore 15:00 del 31/07/2019, sono pervenute le offerte degli operatori economici di seguito riportati, mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel":
 1. MULTIMEDICAL SRL Via G. Rossa, 71 46019 VIADANA MN P.IVA 01585920208;
 2. GETINGE ITALIA SRL Via G. Gozzano, 14 20092 CINISELLO BALSAMO MI P.IVA 03992220966;
 3. MOVI SPA Via Dione Cassio, 15 20138 MILANO P.IVA 11575580151;
 4. TELEFLEX MEDICAL SRL Via Torino, 5 20814 VAREDO MB P.IVA 02804530968;
 5. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL Piazzale della Resistenza, 3 50018 SCANDICCI FI P.IVA 05526631006;
 6. SIAD HEALTHCARE SPA Via T. Edison, 6 20090 ASSAGO MI P.IVA 00725050157;
 7. MEHOS SRL Via Fabio Filzi, 47 20124 MILANO P.IVA 09163950968;
 8. ID & CO SRL Via Lombardia, 10/d 20098 SAN GIULIANO M.SE MI P.IVA 09018810151;

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

9. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA Via Mare, 56 00071 POMEZIA RM P.IVA 08082461008;
 10. VIGEO SRL Via Carlo Poma, 19/B 46034 BORGIO VIRGILIO MN P.IVA 02123550200;
 11. KNOW MEDICAL SRL Via Guido Rossa, 36 46019 VIADANA MN P.IVA 01576010209;
 12. ASCOM SRL Via Monte Ortigara, 8/G 10141 TORINO P.IVA 02614230015;
 13. MEDIPLAST SRL Via Martiri della Libertà, 1/b 37060 RONCANOVA DI GAZZO VERONESE VR P.IVA 03684180239;
 14. COOK ITALIA SRL Via Galileo Galilei, 32 NOVA MILANO MB P.IVA 00847380961
 15. ARIES SRL Via XXV Luglio, 43 41037 MIRANDOLA MO P.IVA 02284760366;
 16. SVAS BIOSANA SPA Via M. Perillo, 34 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 01354901215;
 17. POLIMED SRL Via Dei Mille, 7 15025 MORANO SUL PO P.IVA 01564570065;
 18. SECURMED SPA Via Monte Grappa, 2/G 36016 THIENE VICENZA P.IVA 02292430242;
 19. BENEFIS SRL Via Gualco, 14 16165 GENOVA P.IVA 02790240101;
 20. BECTHON DIVISIONE MEDICA SRL Viale Gorgia di Leontini, 3 00124 ROMA P.IVA 01606751004;
 21. FASE SRL Via Atene, 81/83 76011 BISCEGLIE P.IVA 03578710729;
- in data 06/08/2019 e 01/10/2019 si sono tenute la 1° e la 2° seduta telematica di gara nel corso delle quali si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica, come risulta dai verbali, allegati nn. 1 e 2 al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
 - con deliberazione n. 68/A.09/2020 del 31/01/2020 successivamente rettificata con deliberazione n. 510/A.09/2020 del 30/06/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa delle offerte;
 - nel corso delle riunioni del 30/09/2020, del 16/10/2020 e del 23/10/2020 la Commissione Giudicatrice ha esaminato la documentazione tecnica e la campionatura presentata dalle ditte concorrenti, assegnando i punteggi qualitativi, come risulta da apposito documento allegato al Verbale della seduta telematica di aggiudicazione;
 - in data 01/02/2021 si è tenuta la 3° seduta telematica di gara nella quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle sole ditte i cui prodotti sono stati valutati idonei e hanno conseguito un punteggio pari o superiore alla soglia minima di accettabilità ed alla conseguente formulazione di proposta di aggiudicazione, come risulta da Verbale allegato n. 3 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
 - si ritiene, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di approvare gli atti di gara e di procedere all'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrente all'ASL Città di Torino e all'ASL TO4, per un periodo di 36 mesi dal 01/06/2021 al 31/05/2024, alle ditte ed alle condizioni economiche riportate nel prospetto di aggiudicazione, allegato n. 4 al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per i lotti 6 e 31 di interesse esclusivo dell'ASL TO4 per i seguenti motivi:

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

- veniva meno la necessità di utilizzo della tipologia per il lotto 6;
- sopraggiunte dichiarazioni di impossibilità a mantenere la quotazione offerta da parte della ditta ASCOM SRL per il lotto 31, unico offerente;
- l'importo complessivo presunto triennale per gli affidamenti di che trattasi, in relazione alle condizioni economiche indicate nelle offerte di gara, correlate ai rispettivi fabbisogni aziendali ammonta a complessivi euro 430.850,32 oneri fiscali inclusi (di cui euro 268.070,97 occorrente all'ASL Città di Torino);
- al fine di garantire la continuità delle forniture in corso, è necessario prevedere una prosecuzione contrattuale delle forniture in corso a ditte varie disposta con determinazione n. 823 del 02/07/2020 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021, per un importo complessivo presunto di euro 272.027,00 oneri fiscali inclusi (di cui euro 204.217,00 per l'ASL Città di Torino);
- per quanto disposto dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla L. 191/2004 né al momento dell'inizio del procedimento di acquisizione né al termine della stesso sono attive convenzioni Consip aventi oggetto comparabili;

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carlo PICCO

nominato con D.G.R. n. 9 – 2521 dell'11.12.2020

- visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 24.01.1995, n. 10;
- vista la L.R. 6.08.2007, n. 18;
- esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore Supplente della Struttura Complessa Acquisti;
- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Eva COLOMBO, e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO, a norma dell'art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

2. Di aggiudicare, in esito a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, subordinatamente alle verifiche previste ai sensi di legge nonché all'esito favorevole di tutta la documentazione prevista dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, e di procedere all'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrente a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, per un periodo di 36 mesi dal 01/06/2021 al 31/05/2024, alle ditte e alle condizioni economiche riportate nel prospetto di aggiudicazione allegato 4 al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva presunta di euro 430.850,32 oneri fiscali inclusi (di cui euro 268.070,97 occorrenti all'ASL Città di Torino).
3. Di autorizzare la prosecuzione contrattuale delle forniture in corso, disposta con determinazione n. 823 del 02/07/2020 fino al 31/05/2021 per un importo complessivo presunto di euro 272.027,00,00 oneri fiscali inclusi (di cui euro 204.217,00,00 occorrenti all'ASL Città di Torino).
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a euro 702.877,32 (oneri inclusi), trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C. Acquisti (UPS n. 4) ed è riconducibile al conto economico n. 3100164 "Acquisto Dispositivi Medici" degli esercizi finanziari ripartiti per ogni annualità come di seguito dettagliato:

AZIENDA SANITARIA CITTA' DI TORINO

Esercizio	Conto economico	Importo IVA esclusa	IVA 22%	Importo complessivo IVA inclusa
2021	3.10.01.64	Euro 42.725,34	Euro 9.399,57	Euro 52.124,91
Prosecuzione contrattuale dal 01/01/2021 al 31/05/2021		Euro 167.390,98	Euro 36.826,02	Euro 204.217,00
2022	3.10.01.64	Euro 73.243,44	Euro 16.113,56	Euro 89.357,00
2023	3.10.01.64	Euro 73.243,44	Euro 16.113,56	Euro 89.357,00
2024	3.10.01.64	Euro 30.518,10	Euro 6.713,96	Euro 37.232,06
TOTALE COMPLESSIVO comprensivo di prosecuzione contrattuale euro 472.287,97 oneri fiscali inclusi				

AZIENDA SANITARIA TO4

Esercizio	Conto economico	Importo IVA esclusa	IVA 22%	Importo complessivo IVA inclusa
2021		Euro 25.943,89	Euro 5.707,66	Euro 31.651,55
Prosecuzione contrattuale Dal 01/01/2021 al 30/05/2021	3.10.01.64	Euro 55.581,97	Euro 12.228,03	Euro 67.810,00
2022	3.10.01.64	Euro 44.475,23	Euro 9.784,54	Euro 54.259,77
2023	3.10.01.64	Euro 44.475,23	Euro 9.784,54	Euro 54.259,77
2024	3.10.01.64	Euro 18.531,36	Euro 4.076,90	Euro 22.608,26
TOTALE COMPLESSIVO comprensivo di prosecuzione contrattuale euro 230.589,35 oneri fiscali inclusi				

5. Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D. M. 7 marzo 2018, n. 49, la responsabilità dell'esecuzione del contratto in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo, è affidato alla S.C. Acquisti e alla S.C. Logistica.
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24.01.1995, n. 10.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di garantire la continuità della fornitura in oggetto.

Allegati:

- 1) Verbale 1° seduta pubblica (pagg 5);
- 2) Verbale 2° seduta pubblica (pagg. 5);
- 3) Verbale 3° seduta pubblica (pagg.214);
- 4) Prospetto di aggiudicazione (pagg. 13).

Firmatari:

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Margherita PERUCCA

Proponente: Direttore Supplente S.C. ASCQUISTI Dott.ssa Margherita PERUCCA

Direttore Amministrativo : **Dott.ssa Eva COLOMBO***

Direttore Sanitario: **Dott. Stefano TARAGLIO***

Direttore Generale: **Dr. Carlo PICCO**

Estensore dell'atto: Sig.ra Agata SALVI

*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

1E-3D-16-2E-75-18-DD-77-F9-85-3E-14-2A-A3-5E-06-F1-69-BB-6B

CAdES 1 di 4 del 13/04/2021 14:53:08

Soggetto: MARGHERITA ANNA PERUCCA PRCMGH61D64E445X

Validità certificato dal 20/04/2020 10:00:13 al 20/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0113 D16F



CAdES 2 di 4 del 15/04/2021 15:40:49

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CAdES 3 di 4 del 16/04/2021 15:32:58

Soggetto: STEFANO TARAGLIO TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CAdES 4 di 4 del 16/04/2021 16:28:08

Soggetto: CARLO PICCO PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525





ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. Acquisti – Via San Secondo, 29 bis
10128 Torino

Procedura aperta per la fornitura di “dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione” occorrenti a servizi vari dell’ASL Città di Torino e dell’ASL TO4, per un periodo di 36 mesi.

Verbale 1° seduta pubblica del 06/08/2019 h 10,30

In data 6 mese agosto 2019, alle ore 10,30, presso la sala riunioni della S.C. Acquisti dell'A.S.L. Città di Torino, sita al 2° piano di Via San Secondo, 29/bis 10128 Torino, si è riunito il seggio di gara così composto:

Dott.ssa Margherita PERUCCA

Direttore
S.C. Acquisti

nominata RUP per il procedimento di gara in corso, che dichiara di intervenire in questo atto come Presidente di gara;

Dott.ssa Paola GALLIANO

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
S.C. Acquisti

con funzioni di assistenza alle operazioni di gara;

Sig.ra Agata Salvi

Collaboratore Amministrativo Professionale
S.C. Acquisti


con funzione di supporto informatico alle operazioni di gara

premesse che:

- con Deliberazione n. 609/A.09/2019 del 10/06/2019 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione per un importo complessivo presunto di euro 558.410,50 IVA esclusa e che detta gara si svolgerà avvalendosi del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., accessibile all'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it

Si da atto che, entro il termine di scadenza del 31/07/2019 alle ore 15:00, erano pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici::

- 1) MULTIMEDICAL SRL
- 2) GETINGE ITALIA SRL
- 3) MOVI SPA
- 4) TELEFLEX MEDICAL SRL
- 5) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE
- 6) SIAD HEALTHCARE SPA
- 7) MEHOS SRL
- 8) ID&CO SRL
- 9) JOHNSON & JOHSON MEDICAL SPA
- 10) VIGEO
- 11) KNOW MEDICAL SRL
- 12) A.S.C.O.M. SRL
- 13) MEDIPLAST SRL
- 14) COOK ITALIA SRL
- 15) ARIES SRL
- 16) SVAS BIOSANA SPA



- 17) POLIMED SRL
 18) SECURMED
 19) BENEFIS SRL
 20) BECTHON DIVISIONE MEDICA SRL
 21) F.A.S.E. SRL

Il segretario provvede all'identificazione dei concorrenti presenti alla seduta di gara e precisamente:

- 1) POLIMED SRL Sig. Scagliotti Andrea C.I. AU1860551
 2) MOVI SPA Sig. Amato Andrea Patente PV5089128K
 3) VIGEO SRL Sig. Ghiraud Flavio C.I. AX9564594


Le procure e le deleghe vengono allegate al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente procede attraverso il sistema Sintel all'apertura della buste per valutare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella BUSTA TELEMATICA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che deve essere presentata in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.

Si procede, dando lettura dei lotti offerti per ciascun operatore economico il cui esito viene di seguito riportato:


Documentazione Amministrativa di gara

	DITTA	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	ELENCO LOTTI OFFERTI
1	F.A.S.E.SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	23 26 42
2	BECTHON DIVISIONE MEDICA	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	1 3 10 11 12 13 14 38
3	BENEFIS SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	20 25 26 23 27
4	POLIMED SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 29 32 34 35 38 39 40 41
5	ARIES SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	38
6	COOK ITALIA SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	37
7	MEDIPLAST SRL	X	X	X	X	N O	X	X		X	X	X	X	X	9 11 21 22 23 24 25 26 27 38 42 Manca patto di integrità ASL TO4
8	ASCOM SRL	X	X	X	X	N O	X	X	X	X	X	X	X	X	29 30 31 38 41

 3

9	KNOW MEDICAL SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	1 11 12 13 14 18 24 28 32 38 41
10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	4 7 9
11	ID & CO SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	22 25 26 27 28 42
12	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	4 6 7 9 16 20 24 25 26 27 29 30 31 42
13	MOVI SPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 36 41
14	GETINGE ITALIA SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	34
15	MULTIMEDICAL SRL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38 Manca il patto di integrita' ASL CITTA' di Torino
16	SECURMED	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	2 3 4 8 9 13 16 19 25 26 35 38
17	SVAS BIOSANA SPA	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	36 38
18	VIGEO	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	38
19	SIAD HEALTHCARE	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	4 6 9 10
20	MEHOS SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	11 12 13 14 15
21	TELEFLEX MEDICAL SRL	X	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X	X	X	6 9 34 38

- A.1 . Dichiarazione di partecipazione;
- A.2: DGUEe (Documento di Gara Unico Europeo);
- A.3: dichiarazioni integrative al DGUEe
- A.4: garanzia provvisoria;
- A.5: contribuzione a favore dell'ANAC
- A.6: PASSOE;
- A.7: PATTO D'INTEGRITA' ASL CITTA' DI TORINO
- A.8: PATTO DI INTEGRITA' ASL TO4
- A.9: (eventuale) documentazione relativa ai subappaltatori
- A.10: (eventuale) documentazione di avvalimento
- A.11:(eventuale) procura speciale
- A.12: (eventuale) documentazione in caso di partecipazione in forma associata
- A.13: (eventuale) documentazione amministrativa aggiuntiva



Il Presidente comunica che la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti è risultata regolare, ad eccezione delle ditte Mediplast Srl e Multimediical Srl che risultano aver omesso di presentare rispettivamente il Patto di integrità ASL TO4 e Patto di integrità ASL Città di Torino.

Alle suddette Aziende verrà richiesto di integrare la documentazione mancante, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 – criteri di selezione e soccorso istruttorio -.

Le ditte offerenti sono ammesse con riserva e la documentazione prodotta verrà esaminata al fine di valutare il possesso dei requisiti delle singole ditte partecipanti la cui ammissione alle successive fasi di gara verrà formalizzata nel corso della successiva seduta pubblica di gara (apertura telematica BUSTE TECNICHE).

Non essendoci null'altro da verbalizzare, il presente verbale viene chiuso alle ore 12,20.


Il presente verbale è composto da n. 5 pagg. compresa la pagina iniziale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino,

Seggio di gara

- Dott.ssa Margherita PERUCCA
Direttore
S.C. Acquisti



- **Dott.ssa Paola GALLIANO**
C.P.A.E.
S.C. Acquisti



- **Sig.ra Agata SALVI**
C.P.A.
S.C. Acquisti



La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

C7-64-04-11-2F-3D-86-2C-F3-3C-A5-56-36-A9-30-88-C2-A5-7D-00

CADES 1 di 4 del 13/04/2021 14:53:10

Soggetto: MARGHERITA ANNA PERUCCA PRCMGH61D64E445X

Validità certificato dal 20/04/2020 10:00:13 al 20/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0113 D16F



CADES 2 di 4 del 15/04/2021 15:40:49

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CADES 3 di 4 del 16/04/2021 15:32:58

Soggetto: STEFANO TARAGLIO TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 4 di 4 del 16/04/2021 16:28:08

Soggetto: CARLO PICCO PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**S.C. Acquisti – Via San Secondo, 29 bis
10128 Torino**

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione" occorrenti a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'TO4, per un periodo di 36 mesi.

Verbale 2° seduta pubblica del 01/10/2019 ore 9,30

Il giorno 01/10/2019 alle ore 9,30, presso la sala riunioni della S.C. Acquisti dell'A.S.L. Città di Torino, sita al 2° piano di via San Secondo, 29/bis Torino, si è riunito il seggio di gara così composto:

Dott.ssa Margherita PERUCCA

Direttore
S.C. Acquisti

nominata RUP per il procedimento di gara in corso, che dichiara di intervenire in questa sede come Presidente di gara

Dott.ssa Paola GALLIANO

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
S.C. Acquisti

con funzioni di assistenza alle operazioni di gara

Sig.ra Agata SALVI

Collaboratore Amministrativo Professionale
S.C. Acquisti

con funzione di supporto informatico alle operazioni di gara

per procedere alla definizione della seduta del 06/08/2019 in cui erano state aperte le offerte amministrative delle ditte concorrenti e procedere pertanto alla successiva fase di gara espletata mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., accessibile all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

Si provvede all'identificazione dei concorrenti presenti alla seduta di gara e precisamente:

- Sig.ra Sandra Cibrario C.I. AU7433141 Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL
- Sig. Andrea Barontini C.I.AX6291461 Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL

Le procure e le deleghe vengono tenute agli atti di questo ufficio.

Il Presidente dichiara che, a seguito di verifica accurata della documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti, tutte le ditte sono ammesse al proseguo della gara.

Si procede all'apertura telematica delle buste tecniche per ciascun operatore economico per la verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, pena esclusione ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016, e della relativa sottoscrizione con firma digitale.

Il Presidente sospende la seduta dalle ore 12,30 alle ore 13,30 quando riprende la sessione pomeridiana dei lavori che si conclude alle ore 16,00 quando il Presidente dà atto di aver aperto le buste tecniche telematiche di 30 lotti su 42 fino al lotto 30 e comunica che la seduta riprenderà il giorno successivo 02/10/2019 alle ore 9,00 sino al completamento dei lavori.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'on' and 'T.p'.

Il giorno 02/10/2019 alle ore 9,00, presso la sala riunioni della S.C. Acquisti dell'A.S.L. Città di Torino, sita al 2° piano di via San Secondo, 29/bis Torino, si è nuovamente riunito il seggio di gara per proseguire l'apertura delle buste telematiche dal lotto 31 al lotto 42.

In apertura di seduta si da atto che la dott.ssa Paola Galliano viene sostituita dalla sig.ra Concetta Mazza.

Le operazioni di apertura buste telematiche per i lotti dal 31 procedono fino alle ore 15,00 con una interruzione dalle ore 12,30 alle ore 13,00 e l'esito complessivo viene riassunto nell'allegato 1 che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

In conclusione il Presidente prende atto che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici risultano essere complete, e che la ditta Securmed Spa non ha presentato offerta tecnica per i lotti 16 e 26, come invece dalla stessa dichiarato.

Si rimanda la verifica del contenuto della documentazione tecnica che verrà esaminata in fase successiva, in relazione all'impossibilità di effettuarla in seduta stante, e che la stessa, verrà messa a disposizione della Commissione Giudicatrice per procedere ai lavori di valutazione tecnica in seduta riservata.

Non essendoci null'altro da verbalizzare, il presente verbale viene chiuso alle ore 15,30 circa.


Il presente verbale è formato da n. 5 pagine, compresa la pagina iniziale.

Letto, firmato e sottoscritto,


Torino, 02/10/2019

Seggio di gara


- Dott.ssa Margherita PERUCCA
Direttore
S.C. Acquisti




- Dott.ssa Paola GALLIANO
C.P.A.E.
S.C. Acquisti



- Sig.ra Agata SALVI
C.P.A.
S.C. Acquisti



- Sig.ra Concetta MAZZA
C.P.A.
S.C. Acquisti



Documentazione tecnica di gara

	DITTA	N. lotti offerti	a)	b)	c)	d)	e)	f)
1	F.A.S.E. SRL	23 26 42	X	X	X	X	X	X
2	BECTHON DIVISIONE MEDICA	1 3 10 11 12 13 14 38	X	X	X	X	X	X
3	BENEFIS SRL	20 25 23 26 27	X	X	X	X	X	X
4	POLIMED SRL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 29 32 34 35 38 39 40 41	X	X	X	X	X	X
5	ARIES SRL	38	X	X	X	X	X	X
6	COOK ITALIA SRL	37	X	X	X	X	X	X
7	MEDIPLAST SRL	9 11 21 22 23 24 25 26 27 38 42	X	X	X	X	X	X
8	ASCOM SRL	29 30 31 38 41	X	X	X	X	X	X
9	KNOW MEDICAL SRL	1 11 12 13 14 18 24 28 32 38 41	X	X	X	X	X	X
10	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4 7 9	X	X	X	X	X	X
11	ID & CO SRL	22 25 26 27 28 42	X	X	X	X	X	X

Allegato I

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]

1	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	4 6 7 9 16 20 24 25 26 27 29 30 31 42	X	X	X	X	X	X	X
3	MOVI SPA	33 36 41	X	X	X	X	X	X	X
4	GETTINGE ITALIA SRL	34	X	X	X	X	X	X	X
5	MULTIMEDICA L SRL	38	X	X	X	X	X	X	X
6	SECURMED	2 3 4 8 9 13 16 19 25 26 35 38	X	X	X	X	X	X	X
7	SVAS BIOSANA SPA	36 38	X	X	X	X	X	X	X
8	VIGEO	38	X	X	X	X	X	X	X
9	SIAD HEALTHCARE	4 6 9 10	X	X	X	X	X	X	X
0	MEHOS SRL	11 12 13 14 15	X	X	X	X	X	X	X
2	TELEFLEX MEDICAL SRL	6 9 34 38	X	X	X	X	X	X	X

a) Copia della certificazione CE del prodotto come Dispositivo Medico ad eccezione del lotto 42 per il quale è sufficiente la dichiarazione CE;

b) Scheda tecnica;

c) Attestazione latex free relativa al prodotto e dichiarazione di presenza/assenza relativa al confezionamento primario e secondario;

d) Copia etichetta confezionamento primario e secondario;

e) Dichiarazione presenza/assenza fralati allegato 8;

f) Copia schema offerta economica priva dei prezzi;

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

BB-D8-CB-13-4C-9B-84-3E-99-CC-F0-8E-92-B0-7C-D4-E2-48-A0-8E

CADES 1 di 4 del 13/04/2021 14:53:12

Soggetto: MARGHERITA ANNA PERUCCA PRCMGH61D64E445X

Validità certificato dal 20/04/2020 10:00:13 al 20/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0113 D16F



CADES 2 di 4 del 15/04/2021 15:40:49

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CADES 3 di 4 del 16/04/2021 15:32:58

Soggetto: STEFANO TARAGLIO TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 4 di 4 del 16/04/2021 16:28:08

Soggetto: CARLO PICCO PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525





ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. Acquisti – Via San Secondo, 29 bis
10128 Torino

Procedura aperta per la fornitura di “dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione” occorrenti a servizi vari dell’ASL Città di Torino e dell’ASL TO4, per un periodo di 36 mesi.
ID: 111093355

Verbale 3° seduta pubblica del 01/02/2021 alle ore 9,30

Il giorno 01/02/2021, alle ore 9,30, presso una sala riunioni della S.C. Acquisti - Via San Secondo, 29 bis, si è riunito il seggio di gara così composto:

- Dott.ssa Margherita PERUCCA, Responsabile Unico per il procedimento di gara in corso, che dichiara di intervenire in questo atto come Presidente di gara;
- Dott.ssa Paola GALLIANO, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto S.C. Acquisti, con funzioni di assistenza alle operazioni di gara;
- Sig.ra Agata SALVI, Collaboratore Amministrativo Professionale S.C. Acquisti, con funzioni di segretario verbalizzante.

per l'apertura delle offerte economiche telematiche pervenute mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "Sintel", per la gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrenti a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, per un periodo di 36 mesi, indetta con deliberazione n. 609/A.09/2019 del 10/06/2019.

Il Presidente precisa che la documentazione tecnica presentata da ciascun concorrente per ciascun lotto è risultata regolare e pertanto è stata messa a disposizione della Commissione Giudicatrice che la stessa, come previsto al paragrafo 2.5 del capitolato di gara, ha proceduto inizialmente a valutare unicamente i prodotti PRIVI DI FTALATI rimandando la valutazione dei prodotti con ftalati solo qualora non fossero stati offerti prodotti privi di ftalati o, nel caso di lotti comprensivi di più voci, fossero stati offerti parzialmente oppure non fossero stati ritenuti idonei dal punto di vista qualitativo.

Il Presidente precisa che eventuali osservazioni in merito alle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice potranno essere unicamente presentate in forma scritta all'ASL CITTA' DI TORINO - S.C. Acquisti.

IL PRESIDENTE A QUESTO PUNTO

- prende atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione n. 68/A.09/2020 del 31/01/2020 e successivamente nominato un sostituto con deliberazione n. 510/A.09/2020 del 30/06/2020.
- precisa che l'art. 2.5 del capitolato speciale di appalto prevede una soglia minima di accettabilità tecnico-qualitativa pari a **36/70**;

e infine si procede all'apertura delle BUSTE TELEMATICHE C) OFFERTA ECONOMICA dei singoli operatori economici, presenti sulla piattaforma di e-procurementi "SINTEL".

Il Presidente a questo punto, sulla base delle risultanze ottenute, dichiara aggiudicatarie provvisorie per la fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione", occorrenti a servizi vari dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, per un periodo di 36 mesi, le ditte indicate nel prospetto riepilogativo allegato n. 1.


L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per le Ditte, sino alla formale sottoscrizione del contratto, mentre per l'Amministrazione l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della veridicità e autenticità delle attestazioni prodotte in sede di gara e diviene definitiva solo dopo


l'intervenuta esecutività del relativo provvedimento, fatto salvo l'esito delle procedure "antimafia" a cura della S.C. Acquisti.


Il presente verbale è formato da n. 3 pagine, compresa la pagina iniziale.

Letto, firmato e sottoscritto,

Torino, 01 febbraio 2021

Dott.ssa Margherita PERUCCA 

Dott.ssa Paola GALLIANO 

Sig. Agata SALVI 

Allegato 1)

Prospetto riepilogativo DITTE

Ditte partecipanti	Valore complessivo del lotto	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio complessivo
LOTTO 1) Drenaggio rotondo postchirurgico in PVC con trocar				
POLIMED SRL	€ 2.937,00	25,79	66,4	92,19
KNOW MEDICAL SRL	€ 2.524,50	30	57	87
LOTTO 2) Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone				
POLIMED SRL	€ 20.134,40	25,57	70	95,57
SECURMED	€ 17.160,00	30	47,6	77,6
LOTTO 3) Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone con sacca				
POLIMED SRL	€ 12.562,00	19,7	70	89,7
SECURMED	€ 8.250,00	30	53,2	83,2
LOTTO 4) Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone scanalato, non spiralato				
POLIMED SRL	€ 18.860,00	19,57	70	89,57
SIAD HEALTHCARE SPA	€ 12.300,00	30	58,8	88,8




MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 16.072,00	22,96	58,8	81,76
LOTTO 5) Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone scanalato, spiraleto				
POLIMED SRL	€ 13.446,00	30	70	100
LOTTO 6) Drenaggio a sezione piatta postchirurgico in silicone senza trocar				
SIAD HEALTHCARE SPA	€ 700,00	30	70	100
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 780,00	26,92	58,8	85,72
TELEFLEX MEDICAL SRL	€ 900,00	23,33	58,8	82,13
LOTTO 7) Drenaggio piatto postchirurgico in silicone scanalato per l'intera lunghezza, non Spiraleto senza trocar (tipo Easy Flow)				
POLIMED SRL	€ 5.000,00	30	70	100
LOTTO 8) Drenaggio postchirurgico in silicone per le vie biliari, tipo KEHR				
POLIMED SRL	€ 2.763,60	30	70	100
LOTTO 9) Drenaggio piatto postchirurgico con trocar				
SIAD HEALTHCARE SPA	€ 25.650,00	30	70	100
POLIMED SRL	€ 68.400,00	11,25	70	81,25
TELEFLEX MEDICAL SRL	€ 41.040,00	18,75	55,6	74,35




SECURMED	€ 50.547,60	15,22	55,6	70,82
MEDIPLAST SRL	€ 53.694,00	14,33	55,6	69,93
LOTTO 10) Drenaggio capillare tipo "penrose"				
SIAD HEALTHCARE SPA	€ 1.035,00	30	70	100
POLIMED SRL	€ 1.255,80	24,73	70	94,73
LOTTO 11) Sistema di aspirazione a soffietto da 500 ml con drenaggio rotondo postchirurgico in PVC e trocar				
KNOW MEDICAL SRL	€ 8.178,00	30	70	100
LOTTO 12) Sistema di aspirazione a soffietto da 500 ml				
KNOW MEDICAL SRL	€ 3.823,20	20,68	70	90,68
MEHIOS SRL	€ 3.996,00	19,78	70	89,78
POLIMED SRL	€ 2.635,20	30	47,6	77,6
LOTTO 13) Sistema di aspirazione a soffietto da 50 ml NON AGGIUDICATO				
LOTTO 14) Sistema di aspirazione a soffietto da 100 ml con trocar NON AGGIUDICATO				

and

KS

**LOTTO 15) Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso per grandi volumi
NON AGGIUDICATO**

LOTTO 16) Serbatoio in silicone a basso vuoto

POLIMED SRL	€ 10.920,00	30	70	100
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 12.600,00	26	70	96

**LOTTO 17) Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso per piccoli volumi e trocar
NON AGGIUDICATO**

LOTTO 18) Sistema di drenaggio ad alto vuoto

KNOW MEDICAL SRL	€ 3.104,81	30	70	100
POLIMED SRL	3.358,85	27,73	70	97,73

LOTTO 19) Sistema di drenaggio passivo con sacca

SECURMED	€ 5.238,00	30	70	100
----------	------------	----	----	-----

LOTTO 20) Cannula semirigida per aspirazione punta cilindrica

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 12.672,50	30	70	100
---------------------------------------	-------------	----	----	-----

inf

5

**LOTTO 21) Cannula semirigida per aspirazione pediatrica punta cilindrica
NON AGGIUDICATA**

LOTTO 22) Cannula semirigida per aspirazione punta piatta

ID & CO SRL	€ 1.112,00	30	70	100
-------------	------------	----	----	-----

LOTTO 23) Cannula semirigida per aspirazione punta a spillo

BENEFIS SRL	€ 4.380,60	30	70	100
F.A.S.E. SRL	€ 6.615,00	19,87	70	89,87

LOTTO 24) Set di aspirazione per chirurgica ortopedica

POLIMED SRL	€ 10.824,00	28,98	70	98,98
MEDIPLAST SRL	€ 10.455,00	30	52,8	82,8

LOTTO 25) Tubo di connessione per aspirazione 3 mt CH 30

ID & CO SRL	€ 51.437,65	30	70	100
-------------	-------------	----	----	-----

LOTTO 26) Tubo di connessione per aspirazione 3 mt CH 25

F.A.S.E. SRL	€ 6.240,00	30	70	100
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 6.960,00	26,09	70	96,9
ID & CO SRL	€ 7.176,00	26,09	70	96,09

med

AS

LOTTO 27) Tubo di connessione per aspirazione 2 mt				
BENEFIS SRL	€ 7,344,00	30	70	100
ID & CO SRL	€ 9.360,00	23,54	70	93,54
LOTTO 28) Tubo di connessione per aspirazione 6 mt				
ID & CO SRL	€ 8.018,90	30	70	100
LOTTO 29) Set per isterosuzione				
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	€ 8.930,00	30	67,4	97,4
POLIMED SRL	€ 13.982,50	19,16	70	89,16
A.S.C.O.M. SRL	€ 14.076,50	19,03	64,83	83,83
LOTTO 30) Curetta rigida curva per aspirazione uterina				
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 5.014,00	30	70	100
A.S.C.O.M. SRL	€ 6.594,50	22,81	40,4	63,21
LOTTO 31) Curetta semi-rigida dritta per aspirazione uterina				
A.S.C.O.M. SRL	€ 927,00	30	70	100
LOTTO 32) Catetere per drenaggio toracico con trocar				

ved

B

KNOW MEDICAL SRL	€ 8.390,40	30	70	100
LOTTO 33) Set per drenaggio toracico con tecnica Seldinger NON AGGIUDICATO				
LOTTO 34) Sistema per drenaggio toracico tricamerale				
POLIMED SRL	€ 47.796,00	24,14	70	94,14
GETINGE ITALIA SRL	€ 38.464,40	30	46,8	76,8
LOTTO 35.1 Sistema di drenaggio a basso vuoto con sacca di raccolta 35.2 Sacca di raccolta di ricambio per sistema di drenaggio a basso vuoto				
POLIMED SRL	€ 6.080,40	30	70	100
LOTTO 36) Catetere per drenaggio pleurico				
SVAS BIOSANA SPA	€ 1.668,00	30	70	100
MOVI SPA	1.800,00	27,8	70	97,8
LOTTO 37) Set per drenaggio pleurico tipo Thal-Quick con tecnica Seldinger				
COOK ITALIA SRL	€ 14.508,00	30	70	100
LOTTO 38) Set per toracentesi				
KNOW MEDICAL SRL	€ 14.528,64	30	70	100
POLIMED SRL	€ 15.177,24	28,72	70	98,72

ber

5

BECTON DIVISIONE MEDICA SRL	€ 17.079,80	25,52	70	95,52
A.S.C.O.M. SRL	€ 26.635,84	16,36	70	86,36
MULTIMEDICAL SRL	€ 15.047,52	28,97	55,6	84,57
SECURMED	€ 15.090,76	28,88	55,6	84,48
SVAS BIOSANA SPA	€ 15.350,20	28,39	55,6	83,99
VIGEO	€ 19.371,52	22,5	55,6	78,1
LOTTO 39) Set per toracentesi di sicurezza NON AGGIUDICATO				
LOTTO 40) Set per drenaggio percutaneo di emotoraced enfisema NON AGGIUDICATO				
LOTTO 41) Valvola di non ritorno tipo Heimlich				
KNOW MEDICAL SRL	€ 6.049,50	30	70	100
A.S.C.O.M. SRL	€ 6.837,60	26,54	70	96,54
POLIMED SRL	€ 8.658,00	20,96	70	90,96
LOTTO 42) Tubo di connessione a bolle				
F.A.S.E. SRL	€ 4.510,30	30	70	100

AS

Lud

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SPA	€ 5.616,60	24,09	70	94,09
ID & CO SRL	€ 5.888,92	22,98	70	92,98
MEDIPLAST SRL	€ 6.382,50	21,2	70	91,2

Handwritten signature



ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. Acquisti – Via San Secondo, 29 bis
10128 Torino

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione, occorrenti a servizi vari delle AA.SS.LL. Città di Torino e TO4, per un periodo di 36 mesi.

Verbale Commissione Giudicatrice del 23/10/2020 ore 8:30

Nei giorni del 30/09/2020 alle ore 9:00, 16/10/2020 alle ore 8,30 e del 23/10/2020 alle ore 830 presso la Sala Riunioni della S.C. ACQUISTI si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione n. 510/A.09/2020 del 30/06/2020 così composta:

Presidente:

- Dirigente Farmacista Dott.ssa Carla Varola - S.C. Farmacia dell'ASL TO4 -;

Componenti:

- Dottoressa Donatella Scaglione - Direttore S.C. Chirurgia del P.O. Martini dell'ASL Città di Torino -;
- Responsabile CPSI Sig.ra Roberta Zizzo - Coordinamento Ostetricia e Ginecologia (Sala parto e Sala Operatoria) Dipartimento Materno Infantile P.O. Maria Vittoria ASL Città di Torino -;
- Responsabile Sig.ra Daniela Vittone - Coordinamento MECAU Pronto Soccorso e OBI Dipartimento Medico P.O. San Giovanni Bosco dell'ASL Città di Torino-;
- Responsabile CPSI Sig.ra Emanuela Benone - S.C. Anestesia e Rianimazione 1 P.O. Maria Vittoria dell'ASL Città di Torino-;

che ha provveduto, come di seguito dettagliato, ad effettuare i compiti di valutazione qualitativa sui prodotti offerti relativamente alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso per drenaggio e aspirazione" il cui esito è indicato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Verbale.

La commissione visto il combinato disposto di cui al D.L.vo n.37/2010 e del regolamento UE n.143/2011 e delle decisioni della Commissione Dispositivi Medici del 27/03/2013 che ha convenuto che "sia indispensabile provvedere la fornitura priva di ftalati di tutti i dispositivi medici che vengono a stretto contatto con il paziente (per vie naturali, artificiali e cute)", precisa che inizialmente verranno valutati unicamente i prodotti PRIVI DI FTALATI, fatta eccezione per i lotti 16-25-26-27-28-42 in quanto i dispositivi non vengono mai a contatto con il paziente e i lotti in cui sono presenti componenti che non vengono a contatto con il paziente. Nel caso vengano ritenuti globalmente non idonei dal punto di vista qualitativo, si procederà alla valutazione di prodotti contenenti ftalati.

Il Presidente, dopo aver preso in consegna la documentazione tecnica estratta dalla piattaforma SINTEL e detenuta sino a quel momento presso un armadio dotato di serratura a combinazione sito nell'ufficio del Direttore della S.C. Acquisti, procedeva, congiuntamente agli altri componenti della Commissione, alla disamina della stessa e ad esprimere le proprie valutazioni attribuendo i punteggi in conformità ai criteri previsti al punto 5.1 del Disciplinare di gara.

Nel corso della valutazione tecnica la Commissione Giudicatrice ha ritenuto opportuno richiedere dei chiarimenti tecnici alle ditte: POLIMED SRL per i lotti 3 e 18, alla ditta SECURMED per il lotto 25 e alla ditta MEHOS per i lotti 11 e 13; le risposte sono conservate agli atti di questo ufficio.

Le risultanze delle valutazioni effettuate nelle sedute succitate, sono riepilogate nell'apposito prospetto comparativo allegato n. 1 al presente Verbale, composta da pagine 199.

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine

Letto, e sottoscritto.

Componenti commissione Giudicatrice

DOTT.SSA CARLA VAROLA

Carla Varola

SIG.RA ROBERTA ZIZZO

Roberta Zizzo

SIG.RA DANIELA VITTONI

Daniela Vittoni

SIG.RA EMANUELA BENONE

Emanuela Benone

DOTT.SSA DONATELLA SCAGLIONE

Donatella Scaglione

Allegato 4)

LOTTO 1 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC CON TROCAR
DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. TDP/35 - RY AR + FATALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Discreto	0,60	10,80	10,8	
		2	Discreto	0,60	10,80		
		3	Discreto	0,60	10,80		
		4	Discreto	0,60	10,80		
		5	Discreto	0,60	10,80		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	Essendo rigido è poco flessibile, ha memoria non è atraumatico sulla punta poiché non è snussa
		2	Insufficiente	0,00	0,00		
		3	Insufficiente	0,00	0,00		
		4	Insufficiente	0,00	0,00		
		5	Insufficiente	0,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Discreto	0,60	11,40	11,4	
		2	Discreto	0,60	11,40		
		3	Discreto	0,60	11,40		
		4	Discreto	0,60	11,40		
		5	Discreto	0,60	11,40		
<input checked="" type="checkbox"/> Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Discreto	0,60	8,40	8,4	
		2	Discreto	0,60	8,40		
		3	Discreto	0,60	8,40		
		4	Discreto	0,60	8,40		
		5	Discreto	0,60	8,40		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							30,6 ESCLUSO

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 1 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC CON TROCAR

DITTA POLIMED SRL COD. 240XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
☑ Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
☑ Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
☑ Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
☑ Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						66,4	








LOTTO 1 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC CON TROCAR
DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. RAPXX14 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
☑ Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
☑ Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
☑ Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
☑ Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Discreto	0,60	8,40	8,4	Linea di apertura peel-off sottile, risulta così di difficile presa in emergenza
		2	Discreto	0,60	8,40		
		3	Discreto	0,60	8,40		
		4	Discreto	0,60	8,40		
		5	Discreto	0,60	8,40		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						57	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 2 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE

DITTA POLIMED COD. 243XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max	Punteggio medio	Giustificazioni
☑ Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
☑ Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
☑ Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 2 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE
 DITTA SECURED COD. 1230301010XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max	Punteggio medio	Giustificazioni
☑ Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
☑ Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
☑ Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Sufficiente	0,20	2,80	2,8	Leggermente opaca la confezione, apertura difficoltosa
		2	Sufficiente	0,20	2,80		
		3	Sufficiente	0,20	2,80		
		4	Sufficiente	0,20	2,80		
		5	Sufficiente	0,20	2,80		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						47,6	







 5

LOTTO 3 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE CON SACCA

DITTA BECTHON DIVISIONE MEDICA COD. ADD/115-RX FTALATI FREE									
CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni		
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Insufficiente	0	0,00	0	Il tubo ha memoria, già all'interno della confezione era inghinocchiato, di difficile spremitura		
		2	Insufficiente	0	0,00				
		3	Insufficiente	0	0,00				
		4	Insufficiente	0	0,00				
		5	Insufficiente	0	0,00				
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,8	15,20	15,2			
		2	Buono	0,8	15,20				
		3	Buono	0,8	15,20				
		4	Buono	0,8	15,20				
		5	Buono	0,8	15,20				
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Buono	0,8	15,20	15,2			
		2	Buono	0,8	15,20				
		3	Buono	0,8	15,20				
		4	Buono	0,8	15,20				
		5	Buono	0,8	15,20				
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Insufficiente	0	0,00	0	La confezione in apertura si rompe non garantendo la sterilità anche difficile da aprire		
		2	Insufficiente	0	0,00				
		3	Insufficiente	0	0,00				
		4	Insufficiente	0	0,00				
		5	Insufficiente	0	0,00				
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						30,4	ESCLUSO		

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 3 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE CON SACCA

DITTA SECURED COD. 132031C2XX56A FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,8	14,40	14,4	
		2	Buono	0,8	14,40		
		3	Buono	0,8	14,40		
		4	Buono	0,8	14,40		
		5	Buono	0,8	14,40		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,8	15,20	15,2	
		2	Buono	0,8	15,20		
		3	Buono	0,8	15,20		
		4	Buono	0,8	15,20		
		5	Buono	0,8	15,20		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Buono	0,8	15,20	15,2	
		2	Buono	0,8	15,20		
		3	Buono	0,8	15,20		
		4	Buono	0,8	15,20		
		5	Buono	0,8	15,20		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Discreto	0,6	8,40	8,4	Difficile apertura perché le lingue peel-off sono piccole/sottili e risulta difficile la presa
		2	Discreto	0,6	8,40		
		3	Discreto	0,6	8,40		
		4	Discreto	0,6	8,40		
		5	Discreto	0,6	8,40		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ						53,2	











LOTTO 3 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE CON SACCA
DITTA POLIMED SRL COD. 214XX CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 4 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO, NON SPIRALATO

DITTA POLIMED SRL COD. 2470X FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e astraumaticità del posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	19	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 PS
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 8

LOTTO 4 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO, NON SPIRALATO

DITTA SIAD HEALTHCARE COD. 2015-9610/15/16 FITALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
Facilità e atraumaticità del posizionamento	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						58,8	







 10

LOTTO 4 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO, NON SPIRALATO

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL COD. DYNJWE2187NH/2189NH/2191NH FTALATI FREE									
CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni		
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,8	14,40	14,4			
		2	Buono	0,8	14,40				
		3	Buono	0,8	14,40				
		4	Buono	0,8	14,40				
		5	Buono	0,8	14,40				
Facilità e atraumaticità del posizionamento	19	1	Buono	0,8	15,20	15,2			
		2	Buono	0,8	15,20				
		3	Buono	0,8	15,20				
		4	Buono	0,8	15,20				
		5	Buono	0,8	15,20				
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	15,2			
		2	Ottimo	1,00	14,00				
		3	Ottimo	1,00	14,00				
		4	Ottimo	1,00	14,00				
		5	Ottimo	1,00	14,00				
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14			
		2	Ottimo	1,00	14,00				
		3	Ottimo	1,00	14,00				
		4	Ottimo	1,00	14,00				
		5	Ottimo	1,00	14,00				
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						58,8			

R





LOTTO 4 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO, NON SPIRALATO

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA COD. 2227-2229-2231 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità del posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						0	ESCLUSO

NON VALUTATO perché con ftalati

Handwritten signatures and initials:
 R
 M
 VL
 OV
 M
 12

LOTTO 5 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO, SPIRALATO

DITTA POLIMED SRL COD. 2460X FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 13

LOTTO 6 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA POSTCHIRURGICO IN SILICONE SENZA TROCAR

DITTA SIAD HEALTHCARE COD. C02014-0071/0101 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo edell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	







 14

LOTTO 6 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA POSTCHIRURGICO IN SILICONE SENZA TROCAR

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL COD. DYNJWE1308/309 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo edell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il congenuto, eventuale dopia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						58,8	

LOTTO 6 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA POSTCHIRURGICO IN SILICON E SENZA TROCAR

DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL COD. DRJ15022-R/512-R FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo edell'eventuale trocar	18	1	Buono	0,80	14,40	14,4	
		2	Buono	0,80	14,40		
		3	Buono	0,80	14,40		
		4	Buono	0,80	14,40		
		5	Buono	0,80	14,40		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il congenuto, eventuale dopia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						58,8	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 6 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO A SEZIONE PIATTA POSTCHIRURGICO IN SILICON E SENZA TROCAR

DITTA POLIMED SRL COD: 24100-24120 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo edell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Risulta poco maneggevole
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	Troppo rigido e nel posizionamento soprattutto nel collo rimane troppo traumatico
		2	Insufficiente	0,00	0,00		
		3	Insufficiente	0,00	0,00		
		4	Insufficiente	0,00	0,00		
		5	Insufficiente	0,00	0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Buono	0,80	15,20	15,2	
		2	Buono	0,80	15,20		
		3	Buono	0,80	15,20		
		4	Buono	0,80	15,20		
		5	Buono	0,80	15,20		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il congenuto, eventuale dopia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						32,8	ESCLUSO







LOTTO 7 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO PER L'INTERA LUNGHEZZA, NON SPIRALATO SENZA TROCAR (tipo Easy Flow)

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL COD. DYNJWE1310/1311 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e a traumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Ha fori e non corrisponde a quanto richiesto in capitolato.
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						0	ESCLUSO

Handwritten signatures and initials:
 A
~~SA~~
 FW
 CV
 MW

LOTTO 7 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO PER L'INTERA LUNGHEZZA, NON SPIRALATO SENZA TROCAR (tipo Easy Flow)
DITTA POLIMED SRL COD. 24622/24623 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4] [Signature 5]

LOTTO 7 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO IN SILICONE SCANALATO PER L'INTERA LUNGHEZZA, NON SPIRALATO SENZA TROCAR (tipo Easy Flow)

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA COD. 2211-2214 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità nei posizionamenti	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ							0 ESCLUSO

NON VALUTATO perchè con ftalati

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 8 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO POSTCHIRURGICO IN SILICONE PER LE VIE BILIARI, TIPO KEHR
DITTA POLIMED SRL COD. 244XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials:
 P
 JF
 R
 DV
 MW
 21

LOTTO 8 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO POSTCHIRURGICO IN SILICONE PER LE VIE BILIARI, TIPO KEHR

DITTA SECURMED COD. 12303112XXRB FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	Escluso non ha marcatura richiesta dal capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						0	ESCLUSO








LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR
DITTA POLIMED SRL COD. 2462X FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR
DITTA SIAD HEALTHCARE CO2014-9408/9411 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR
DITTA SECURMED COD. 1230310057XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Parte drenante, rigida e spessa
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR

DITTA MEDIPLAST SRL COD. 68463-68464 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Parte drenante, rigida e spessa
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	

[Handwritten signature]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR
DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL COD. 21449103/9103 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Copriago troppo duro da togliere
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR
DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL SRL COD. DYNWWE1410-1411 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Ha fori, non conforme a richiesta del capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						0	ESCLUSO

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 9 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO PIATTO POSTCHIRURGICO CON TROCAR

DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA COD. 2212-2215 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di espirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							0 ESCLUSO

NON VALUTATO perché con ftalati








LOTTO 10 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO CAPILLARE TIPO "PENROSE"
 DITTA POLIMED SRL COD. 220XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

RS

CV

CV

LOTTO 10 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO CAPILLARE TIPO "PENROSE"
DITTA SIAD HEALTHCARE COD. 2010-1406/1408/1410/1412/1415 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni	
								TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18		
		2	Ottimo	1,00	18,00			
		3	Ottimo	1,00	18,00			
		4	Ottimo	1,00	18,00			
		5	Ottimo	1,00	18,00			
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19		
		2	Ottimo	1,00	19,00			
		3	Ottimo	1,00	19,00			
		4	Ottimo	1,00	19,00			
		5	Ottimo	1,00	19,00			
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19		
		2	Ottimo	1,00	19,00			
		3	Ottimo	1,00	19,00			
		4	Ottimo	1,00	19,00			
		5	Ottimo	1,00	19,00			
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzae il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14		
		2	Ottimo	1,00	14,00			
		3	Ottimo	1,00	14,00			
		4	Ottimo	1,00	14,00			
		5	Ottimo	1,00	14,00			
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							70	

R
ce
W
M

LOTTO 10 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DRENAGGIO CAPILLARE TIPO "PENROSE"									
DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. TDP Z1G/500-18-24-30-36 FTALATI FREE									
CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni		
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	E' poco flessibile, mantiene la memoria.		
		2	Insufficiente	0,00	0,00				
		3	Insufficiente	0,00	0,00				
		4	Insufficiente	0,00	0,00				
		5	Insufficiente	0,00	0,00				
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Discreto	0,60	11,40	11,4	Un po' più difficile da posizionare causa poca flessibilità		
		2	Discreto	0,60	11,40				
		3	Discreto	0,60	11,40				
		4	Discreto	0,60	11,40				
		5	Discreto	0,60	11,40				
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Discreto	0,60	11,40	11,4			
		2	Discreto	0,60	11,40				
		3	Discreto	0,60	11,40				
		4	Discreto	0,60	11,40				
		5	Discreto	0,60	11,40				
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione)	14	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	Difficoltà di apertura si rompe la carta		
		2	Insufficiente	0,00	0,00				
		3	Insufficiente	0,00	0,00				
		4	Insufficiente	0,00	0,00				
		5	Insufficiente	0,00	0,00				
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						22,8	ESCLUSO		

**LOTTO 11 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML CON DRENAGGIO
ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC E TROCAR**

DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. RAPXX14101502 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
facilità di allestamento ad uso	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Efficacia dell'aspirazione	14	5	Ottimo	1,00	14,00	14
		1	Ottimo	1,00	14,00	
		2	Ottimo	1,00	14,00	
		3	Ottimo	1,00	14,00	
		4	Ottimo	1,00	14,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	9,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

Handwritten signatures and initials:
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 34






LOTTO 11 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML CON DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC E TROCAR

DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. DRG/508/A-RX AR FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	Non ha la molla metallica requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

R *BB* *FE* *AV* *MM* 35

Efficacia dell'aspirazione	14	5				0,00	0	
		1				0,00		
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5				0,00	0	
		1				0,00		
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					0	ESCLUSO

 36

**LOTTO 11 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML CON DRENAGGIO
 ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC E TROCAR**

DITTA POLIMED SRL COD. 205XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Discreto	0,60	7,20	7,2	Fori traumatici
		2	Discreto	0,60	7,20		
		3	Discreto	0,60	7,20		
		4	Discreto	0,60	7,20		
		5	Discreto	0,60	7,20		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1	Discreto	0,60	7,20	7,2	
		2	Discreto	0,60	7,20		
		3	Discreto	0,60	7,20		
		4	Discreto	0,60	7,20		
		5	Discreto	0,60	7,20		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Buono	0,80	7,20	7,2	
		2	Buono	0,80	7,20		
		3	Buono	0,80	7,20		
		4	Buono	0,80	7,20		
		5	Buono	0,80	7,20		
facilità di allestimento ad uso	14	1	Sufficiente	0,20	2,80	2,8	Rigidità eccessiva del soffiello, non si riesce a comprimere il soffiello con una sola mano
		2	Sufficiente	0,20	2,80		
		3	Sufficiente	0,20	2,80		
		4	Sufficiente	0,20	2,80		

R *St* *W* *R* *M* *37*

Efficacia dell'aspirazione	14	5	Sufficiente	0,20	2,80	2,8	Rigidità eccessiva del soffiello, non si riesce a comprimere il soffiello con una sola mano
		1	Sufficiente	0,20	2,80		
		2	Sufficiente	0,20	2,80		
		3	Sufficiente	0,20	2,80		
		4	Sufficiente	0,20	2,80		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Buono	0,80	7,20	7,2	
		1	Buono	0,80	7,20		
		2	Buono	0,80	7,20		
		3	Buono	0,80	7,20		
		4	Buono	0,80	7,20		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ						34,4	ESCLUSO

Handwritten notes and signatures:





 38

LOTTO 11 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML CON DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC E TROCAR

DITTA MEDIPLAST SRL COD. 68393 /94/95 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	NON VALUTATO perché con ftalati
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

[Handwritten signatures and initials]

			5					0,00			
			1					0,00			
			2					0,00			
Efficacia dell'aspirazione	14		3					0,00	0		
			4					0,00			
			5					0,00			
			1					0,00			
			2					0,00			
			3					0,00	0		
			4					0,00			
			5					0,00			
			TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							0	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9										

R. B. di M. 40

LOTTO 11 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML CON DRENAGGIO ROTONDO POSTCHIRURGICO IN PVC E TROCAR






DITTA MEHOS SRL COD. 100126XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

Non idoneo in quanto non sono dotati di valvola antireflusso

AS *ML* *ML* *AV* *M...* *41*

Efficacia dell'aspirazione	14	1					0,00	0		
		2					0,00			
		3					0,00			
		4					0,00			
		5					0,00			
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1					0,00	0		
		2					0,00			
		3					0,00			
		4					0,00			
		5					0,00			
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'									0	ESCLUSO

 42

LOTTO 12 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML
DITTA MEHOS SRL COD. 10012587 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficientep er punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
facilità di allestamento ad uso	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14
		2	Ottimo	1,00	14,00	
		3	Ottimo	1,00	14,00	
		4	Ottimo	1,00	14,00	
		5	Ottimo	1,00	14,00	
		6	Ottimo	1,00	9,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		6	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				







LOTTO 12 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML
 DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. 101.500.250 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficientep er punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
facilità di allestamento ad uso	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 45

Efficacia dell'aspirazione	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14		
		2	Ottimo	1,00	14,00			
		3	Ottimo	1,00	14,00			
		4	Ottimo	1,00	14,00			
		5	Ottimo	1,00	14,00			
		1	Ottimo	1,00	9,00			
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9		
		4	Ottimo	1,00	9,00			
		5	Ottimo	1,00	9,00			
		6	Ottimo	1,00	9,00			
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						
							70	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 46

LOTTO 12 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML

DITTA POLIMED COD. 20200 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficientep er punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
facilità di allestamento ad uso	14	1	Sufficiente	0,20	2,80	2,8	Rigidità eccessiva del soffietto, non si riesce a comprimere con 1 sola mano
		2	Sufficiente	0,20	2,80		
		3	Sufficiente	0,20	2,80		
		4	Sufficiente	0,20	2,80		
		5	Sufficiente	0,20	2,80		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Efficacia dell'aspirazione	14	1	Sufficiente	0,20	2,80	2,8 Rigidità eccessiva del soffiello, non si riesce a comprimere con 1 sola mano		
		2	Sufficiente	0,20	2,80			
		3	Sufficiente	0,20	2,80			
		4	Sufficiente	0,20	2,80			
		5	Sufficiente	0,20	2,80			
		1	Ottimo	1,00	9,00			
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9		
		4	Ottimo	1,00	9,00			
		5	Ottimo	1,00	9,00			
		6	Ottimo	1,00	9,00			
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ'					47,6	








LOTTO 12 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 500 ML

DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. DRG/500/A/UNIV FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	Non ha la molla metallica requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Efficacia dell'aspirazione	14	1			0,00	0	0 ESCLUSO		
		2			0,00				
		3			0,00				
		4			0,00				
		5			0,00				
		1			0,00				
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO		
		4			0,00				
		5			0,00				
		6			0,00				
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 A large stylized signature, possibly "P".
 A smaller signature, possibly "B".
 The initials "ve" and "dl".
 The initials "mm".





LOTTO 13 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 50 ml
DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. 101.050.080 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

Non ha scala graduata, requisito essenziale

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
TOTALE PUNTEGGIO									
								0	ESCLUSO


 S2

LOTTO 13 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 50 ml
DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. DRG/50/UNIV FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente					Giustificazioni
		Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Non ha la scala graduata, requisito essenziale

R. P. R. C. D. M.

Efficacia dell'aspirazione	14	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO								0 ESCLUSO







 54

LOTTO 13 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 50 ml

DITTA POLIMED COD. 200XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	Ha drenaggio non tubo aspirazione con clamp, come richiesto in capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
TOTALE PUNTEGGIO									0 ESCLUSO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 13 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 50 ml							
DITTA SECURMED COD. 123030151050 FTALATI FREE							
CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

No scala graduata no tubo di aspirazione no sistema di fissaggio al letto, requisito essenziale

Handwritten signature and initials in blue ink.

Efficacia dell'aspirazione	14	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO								
							0	ESCLUSO






 58

LOTTO 13 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 50 ml

DITTA MEHOS SRL COD. 10012592 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Non idoneo in quanto non dotato	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	Non idoneo in quanto non dotato di valvola antireflusso
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Handwritten signature and initials: *AS* *re* *di* *Mu* *59*

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0
		3					0,00	
		4					0,00	
		5					0,00	
		1					0,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0
		3					0,00	
		4					0,00	
		5					0,00	
		TOTALE PUNTEGGIO						






 60

LOTTO 14 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 100 ML CON AGO TROCAR

DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. DRG/100/25-RX AR FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Non ha la scala graduata, requisito essenziale

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO							0	ESCLUSO



 ME
 DV
 MV
 62

LOTTO 14 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 100 ML CON AGO TROCAR

DITTA POLIMED SRL COD. 28107 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestamento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Soffietto da 200 ml anziché 100 ml, non conforme al capitolato

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 63

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
TOTALE PUNTEGGIO									0 ESCLUSO

P *SS* *ve* *Al* *ohu* *64*

LOTTO 14 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 100 ML CON AGO TROCAR

DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. RAP0814101100 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Soffietto da 250 ml anziché da 100 ml, non conforme al capitolato

(Handwritten signatures and initials)
 AE CV M... 65

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
TOTALE PUNTEGGIO								0	ESCLUSO

Handwritten signatures and initials:
 R
~~PS~~
 E
 DV
 MV
 66

LOTTO 14 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI ASPIRAZIONE A SOFFIETTO DA 100 ML CON AGO TROCAR

DITTA MEHOS COD. 10012589 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Non ha ago trocar, requisito essenziale

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		1				0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO						
							0	ESCLUSO

R
SS
AL
CV
ma

LOTTO 15 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO A CIRCUITO CHIUSO PER GRANDI VOLUMI


DITTA POLIMED SRL COD. 2060X12009 FTALATI FREE




CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Mantice da 500 anziché 250 drenaggio 50 cm e non da 75 cm, come richiesto da capitolato

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO							
								0	ESCLUSO



 70

LOTTO 15 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO A CIRCUITO CHIUSO PER GRANDI VOLUMI

DITTA MEHOS SRL COD. 9000493X FATALI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità ed atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
facilità di allestimento ad uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Il drenaggio è da 50 cm e non 75 cm. Non ha la tacca a 5 cm dall'ultimo foro, come richiesto da capitolato

[Handwritten signatures and initials]

Efficacia dell'aspirazione	14	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2					0,00	0	
		3					0,00		
		4					0,00		
		5					0,00		
		1					0,00		
TOTALE PUNTEGGIO									0 ESCLUSO







 422

LOTTO 16 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SERBATOIO IN SILICONE A BASSO VUOTO

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. DYUJWEB-1305/2000/1000 FIALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (Sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 16 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SERBATOIO IN SILICONE A BASSO VUOTO
 DITTA POLIMED SRL COD. 104XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		







 75

Confezionamento (Sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

P
~~*SP*~~
SE
CV
Open
76

LOTTO 17 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO A CIRCUITO CHIUSO PER PICCOLI VOLUMI E TROCAR

DITTA POLIMED SRL COD. 10471 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	12	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1			0,00	0	Manca tubo di aspirazione, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità di allestimento e d'uso	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

Manca tubo di aspirazione, requisito essenziale

D

S

R

D

M

P

Efficacia dell'aspirazione	14	1				0,00	0	0 ESCLUSO	
		2				0,00			
		3				0,00			
		4				0,00			
		5				0,00			
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1				0,00	0	0 ESCLUSO	
		2				0,00			
		3				0,00			
		4				0,00			
		5				0,00			
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'								0	0 ESCLUSO

P
~~*PP*~~
te
AV
Mpr
28






LOTTO 18 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO AD ALTO VUOTO

DITTA POLIMED SRL COD. 24729 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE SISTEMA DI DRENAGGIO AD ALTO VUOTO	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
Facilità di allestimento e d'uso	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
		1	Ottimo	1,00	14,00		

P *SP* *CV* *AV* *M* *79*

Efficacia dell'aspirazione	14	2	Ottimo	1,00	14,00	14
		3	Ottimo	1,00	14,00	
		4	Ottimo	1,00	14,00	
		5	Ottimo	1,00	14,00	
		1	Ottimo	1,00	9,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

 80

LOTTO 18 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO AD ALTO VUOTO
DITTA KNOW MEDICAL SRL COD. 300.600.011 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	12	1	Ottimo	1,00	12,00	12	
		2	Ottimo	1,00	12,00		
		3	Ottimo	1,00	12,00		
		4	Ottimo	1,00	12,00		
		5	Ottimo	1,00	12,00		
Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9	
		2	Ottimo	1,00	9,00		
		3	Ottimo	1,00	9,00		
		4	Ottimo	1,00	9,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		
Facilità di allestimento e d'uso	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
		1	Ottimo	1,00	14,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Efficacia dell'aspirazione	14	2	Ottimo	1,00	14,00	14
		3	Ottimo	1,00	14,00	
		4	Ottimo	1,00	14,00	
		5	Ottimo	1,00	14,00	
		1	Ottimo	1,00	9,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				


 EC CV  82

LOTTO 19 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO PASSIVO
DITTA POLIMED COD. 217XX CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0
		2			0,00	
		3			0,00	
		4			0,00	
		5			0,00	
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0
		2			0,00	
		3			0,00	
		4			0,00	
		5			0,00	
Facilità e sicurezza di connessione conil sistema di aspirazione	19	1			0,00	0
		2			0,00	
		3			0,00	
		4			0,00	
		5			0,00	
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzae il contenuto, eventuale doppoa confezionae)	14	1			0,00	0
		2			0,00	
		3			0,00	
		4			0,00	
		5			0,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					0	ESCLUSO

Tubo della sacca senza connettore luer lock, requisito essenziale

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 19 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA DI DRENAGGIO PASSIVO
DITTA SECURMED COD. 132031C2XX57TL FRALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Facilità e sicurezza di connessione conil sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizaae il contenuto, eventuale doppia confezionae)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 20 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA CILINDRICA

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. Y1200/1800/2000/2200 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

P
~~*P*~~
ce
QU
Mm
86

LOTTO 20 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA CILINDRICA

DITTA BENEFIS CPD. GSS5014-A1/A3/A5/A7 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha misure ch 20 e 22 richieste da capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 87

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2								0	0 ESCLUSO
		3							0,00		
		4							0,00		
		5							0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'									

P
BB
fu
AV
Mm
88

LOTTO 21 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PEDIATRICA PUNTA CILINDRICA
DITTA MEDIPLAST COD. 68126 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non trasparente no foro controllo aspirazione, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Handwritten signature and initials
 89

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	ESCLUSO
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						







 90

LOTTO 22 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIDIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA PIATTA							
DITTA ID & CO SRL COD. 1206 0220 65/1207 0220 10 FTALATI FREE							
CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		







 81

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

82

LOTTO 22 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIDIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA PIATTA
DITTA MEDIPLAST COD. 68103 68128 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Presenta un set di aspirazione e non solo la cannula NON IDONEO
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					



 fee


 84

LOTTO 23 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA A SPILLO

DITTA F.A.S.E. COD. 90012D 90112D FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Handwritten signature and initials:
 P
 BB
 re
 ol
 M
 96

LOTTO 23 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA A SPILLO

DITTA MEDIPLAST SRL COD. 68105 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

E' un set di aspirazione e non solo la cannula, NON IDONEO

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 92

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	ESCLUSO
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 23 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CANNULA SEMIRIGIDA PER ASPIRAZIONE PUNTA A SPILLO
DITTA BENEFIS SRL COD. GSS014-11 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

Handwritten signatures and initials:
 A
 AB
 ve
 CV
 Mm

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				







 100

LOTTO 24 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET DI ASPIRAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

DITTA POLIMED SRL COD. 3650 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		







 101

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5		1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70



 KC
 di
 M
 102

LOTTO 24 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET DI ASPIRAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

DITTA KNOW MEDICAL COD. EL191125-0 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Sufficiente	0,20	2,60	2,6	Tubo di connessione rigido
		2	Sufficiente	0,20	2,60		
		3	Sufficiente	0,20	2,60		
		4	Sufficiente	0,20	2,60		
		5	Sufficiente	0,20	2,60		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Buono	0,80	12,80	12,8	
		2	Buono	0,80	12,80		
		3	Buono	0,80	12,80		
		4	Buono	0,80	12,80		
		5	Buono	0,80	12,80		
Praticità d'uso	16	1	Discreto	0,60	9,60	9,6	Tubo rigido
		2	Discreto	0,60	9,60		
		3	Discreto	0,60	9,60		
		4	Discreto	0,60	9,60		
		5	Discreto	0,60	9,60		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Discreto	0,60	9,60	9,6	
		2	Discreto	0,60	9,60		
		3	Discreto	0,60	9,60		
		4	Discreto	0,60	9,60		





103

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Discreto	0,60	9,60	0	Apertura non facilitata
		1	Insufficiente	0,00	0,00		
		2	Insufficiente	0,00	0,00		
		3	Insufficiente	0,00	0,00		
		4	Insufficiente	0,00	0,00		
5	Insufficiente	0,00	0,00				
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					34,6	ESCLUSO	

~~PE~~
 PE
 M
 M
 104

LOTTO 24 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. YORTHO FTALATI FREE SET DI ASPIRAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha tubo di aspirazione, NON IDONEO
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

Handwritten notes:
 P
 M
 re
 M
 105

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5				0,00	0	0 ESCLUSO
		1				0,00		
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'								







LOTTO 24 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET DI ASPIRAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

DITTA MEDIPLAST COD. 60QP09061 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Buono	0,80	10,40	10,4	
		2	Buono	0,80	10,40		
		3	Buono	0,80	10,40		
		4	Buono	0,80	10,40		
		5	Buono	0,80	10,40		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Discreto	0,60	9,60	9,6	Connessione rigida
		2	Discreto	0,60	9,60		
		3	Discreto	0,60	9,60		
		4	Discreto	0,60	9,60		
		5	Discreto	0,60	9,60		
Praticità d'uso	16	1	Buono	0,80	12,80	12,8	
		2	Buono	0,80	12,80		
		3	Buono	0,80	12,80		
		4	Buono	0,80	12,80		
		5	Buono	0,80	12,80		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Buono	0,80	12,80	12,8	
		2	Buono	0,80	12,80		
		3	Buono	0,80	12,80		
		4	Buono	0,80	0,00		



 P. R. O. V. M. M. 107

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Buono	0,80	12,80	7,2
		1	Buono	0,80	7,20	
		2	Buono	0,80	7,20	
		3	Buono	0,80	7,20	
		4	Buono	0,80	7,20	
		5	Buono	0,80	7,20	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					52,8	

Handwritten notes:
 P
~~SP~~
 ve
 di
 Min
 108


LOTTO 25 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 MT CH 30

DITTA BENEFIS SRL COD. 16943001A CON FTALATI



CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha connettore rigido nella confezione, requisito essenziale.
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 109

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5			0,00	0	0 ESCLUSO
		1			0,00		
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					







 140

LOTTO 25 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 MT CH 30

DITTA ID & CO COD. 1302 3000 10CO FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

Handwritten notes and signatures:
 A large blue checkmark or signature on the left side.
 A signature in blue ink below the checkmark.
 A signature in blue ink further down.
 A signature in blue ink at the bottom left.
 The number "111" written at the bottom left.

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 142


LOTTO 25 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 MT CH 30

DITTA MEDIPLAST COD. 68157 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	3			0,00	0	Tubo liscio, non corrisponde a quanto richiesto in capitolato
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		
		2			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	3			0,00	0	
		4			0,00		
		1			0,00		
		2			0,00		

Handwritten notes and signatures:
 A large blue checkmark is present on the left side.
 Below it, there are several handwritten signatures in blue ink.
 At the bottom right of the page, the number "113" is handwritten.

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5				0,00	0	0 ESCLUSO
		1				0,00		
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'								





LOTTO 25 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 MT CH 30

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. TUB1010 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha raccordi F-F non ha connettori nella confezione, non conforme
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		






115

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1				0,00	0	0 ESCLUSO
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'								

Handwritten signatures and initials:
 P
~~SP~~
 RL
 AV
 MM
 HG

LOTTO 25 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 MT CH 30

DITTA SECURMED COD. 126140104002 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Campionato drenaggio e non tubo (scheda tecnica tubo connessione)
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5				0,00	0	0 ESCLUSO
		1				0,00		
		2				0,00		
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						

Handwritten signatures and notes:
 A large blue signature at the top left.
 A smaller blue signature below it.
 A blue signature further down.
 A blue signature below that.
 A blue signature below that.
 The number 148 at the bottom right.

LOTTO 26 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 mt. ch 25
DITTA ID & CO COD. 1301300083CO FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 119

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 26 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 mt ch 25
DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. ORNEX710 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Otimo	1,00	13,00	13	
		2	Otimo	1,00	13,00		
		3	Otimo	1,00	13,00		
		4	Otimo	1,00	13,00		
		5	Otimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Otimo	1,00	16,00	16	
		2	Otimo	1,00	16,00		
		3	Otimo	1,00	16,00		
		4	Otimo	1,00	16,00		
		5	Otimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Otimo	1,00	16,00	16	
		2	Otimo	1,00	16,00		
		3	Otimo	1,00	16,00		
		4	Otimo	1,00	16,00		
		5	Otimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Otimo	1,00	16,00	16	
		2	Otimo	1,00	16,00		
		3	Otimo	1,00	16,00		
		4	Otimo	1,00	16,00		
		5	Otimo	1,00	16,00		
		1	Otimo	1,00	9,00		

Handwritten signature and initials

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottime	1,00	9,00	9
		3	Ottime	1,00	9,00	
		4	Ottime	1,00	9,00	
		5	Ottime	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				






 122

LOTTO 26 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 mt ch 25

DITTA BENEFIS COD. 16843001A CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha il connettore rigido all'interno della confezione, non conforme
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		






 123

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					







 124

LOTTO 26 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 mt ch 25
DITTA F.A.S.E. COD. 31211 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	0,00		
		4	Ottimo	1,00	0,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Handwritten notes and signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 126

LOTTO 26 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 3 mt ch 25

DITTA MEDIPLAST COD. 68114 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Tubo liscio, non corrisponde a quanto richiesto in capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

A

B

C

D

E

128

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					

Handwritten notes:
 P
 R
 W
 D
 M
 128

LOTTO 27 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 2 MT

DITTA BENEFIS COD. 16942101A CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Handwritten signatures and initials:
 PH
 W
 AV
 MW

LOTTO 27 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 2 MT

DITTA ID & CO COD. 1302210010CO FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

P

AV

132


LOTTO 27 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 2 MT


DITTA MEDIPLAST COD. 68167 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Tubo liscio, non corrisponde a quanto richiesto in capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					




 134

LOTTO 27 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBI DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 2 MT

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. TUB106 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Mancano connettori F-F, manca raccordo rigido in confezionamento, non conforme
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					

Handwritten notes and signatures:
 A large handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'R' is on the left.
 Below it, there are several smaller handwritten marks and signatures.
 At the bottom right of this section, the number '136' is written.

LOTTO 28 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPIRAZIONE 6 mt

DITTA ID & CO COD. 1302600010C0 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ				

Handwritten notes:
 P
 PD
 42
 AV
 138

LOTTO 28 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE PER ASPRAZIONE 6 mt

DITTA KNOW MEDICAL COD. EL090060-0 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Tubo liscio, non corrisponde a quanto richiesto in capitolato
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		








Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0	0 ESCLUSO
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					







 Rio

LOTTO 29 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER ISTEROSUZIONE

DITTA ASCOM COD. BGSIVG1501 CON FTALATI DOP AL 38% SOLO NELLA PARTE TUBO MORBIDO IN PVC, I RACCORDI SONO PRIVI DI LATTICE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Discreto	0,60	7,80	7,8	Foro di sfriato troppo piccolo. Ftalati presenti nel tubo non a contatto con la donna solo in aspirazione
		2	Discreto	0,60	7,80		
		3	Discreto	0,60	7,80		
		4	Discreto	0,60	7,80		
		5	Discreto	0,60	7,80		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		








Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 29 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER ISTEROSUZIONE

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. TUB106H FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Buono	0,80	10,40	10,4	
		2	Buono	0,80	10,40		
		3	Buono	0,80	10,40		
		4	Buono	0,80	10,40		
		5	Buono	0,80	10,40		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		








 143

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

R
⊗
re
AV
Mr
144

LOTTO 29 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER ISTEROSUZIONE

DITTA POLIMED COD. KHS3000 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	9,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and smaller initials on the right.

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Pl
re
AV
Am
 146

LOTTO 30 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CURETTA RIGIDA CURVA PER ASPIRAZIONE UTERINA

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. UCC07/12 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

Handwritten signatures and initials:
 A/ ~~BA~~ *FL* *AV* *Man* *147*

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				







 148

LOTTO 30 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CURETTA RIGIDA CURVA PER ASPIRAZIONE UTERINA

DITTA ASCOM COD. BGCRC07501 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Sufficiente	0,20	2,60	12,8	
		2	Sufficiente	0,20	2,60		
		3	Sufficiente	0,20	2,60		
		4	Sufficiente	0,20	2,60		
		5	Sufficiente	0,20	2,60		
		1	Buono	0,80	12,80		
		2	Buono	0,80	12,80		
		3	Buono	0,80	12,80		
		4	Buono	0,80	12,80		
		5	Buono	0,80	12,80		
		1	Buono	0,80	12,80		
		2	Buono	0,80	12,80		
		Praticità d'uso	16	3	Buono		
4	Buono			0,80	12,80		
5	Buono			0,80	12,80		
1	Sufficiente			0,20	3,20		
2	Sufficiente			0,20	3,20		
Efficacia dell'aspirazione	16	3	Sufficiente	0,20	3,20	3,2	Potrebbe incurinarsi il materiale abortivo nella curvatura troppo accentuata.
		4	Sufficiente	0,20	3,20		
		5	Sufficiente	0,20	3,20		
		1	Ottimo.	1,00	9,00		
		1	Ottimo.	1,00	9,00		








Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

Handwritten notes:
 [Signature]
 R
 [Signature]
 M
 150

LOTTO 31 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CURETTA SEMI-RIGIDA DITTA PER ASPIRAZIONE UTERINA

DITTA ASCOM COD. BGCAN06S01 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		

R

B

K

di Mm

151

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO						70







 152

LOTTO 31 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CURETTA SEMI-RIGIDA DITTA PER ASPIRAZIONE UTERINA

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. UCS08/12 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non idoneo inviata curetta rigida
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		

Handwritten notes and signatures:
 A large blue checkmark is present on the left side.
 Below it, there are several handwritten initials and signatures in blue ink, including what appears to be "BB" and "Mm".
 At the bottom right of the page, the number "153" is handwritten.

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2				0,00	0	0 ESCLUSA
		3				0,00		
		4				0,00		
		5				0,00		
		TOTALE PUNTEGGIO						








 154

LOTTO 32 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CATETERE PER DRENAGGIO TORACICO CON TROCAR


DITTA KNOW MEDICAL COD. RAPXX14 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale Trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO						70	









LOTTO 32 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CATERERE PER DRENAGGIO TORACICO CON TROCAR
DITTA POLIMED SRL COD. 211XX FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO							0 ESCLUSO

Non ha trocar tagliente ma mandrino inserito nel catetere, non conforme

R *DA* *HL* *CV* *Wm* 156

LOTTO 33 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER DRENAGGIO CON TECNICA SELDINGER
 DITTA MOVI COD. 5354.40 FALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						0	ESCLUSO

Il catetere non è trasparente. La siringa non è a bassa resistenza, non conforme

R *SS* *W* *AV* *M* *157*

LOTTO 34 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA PER DRENAGGIO TORACICO TRICAMERALE

DITTA GETTIGE ITALIA COD. 2002-400 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Sufficiente	0,20	2,60	2,6	Manca la possibilità di campionamento
		2	Sufficiente	0,20	2,60		
		3	Sufficiente	0,20	2,60		
		4	Sufficiente	0,20	2,60		
		5	Sufficiente	0,20	2,60		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Sufficiente	0,20	3,20	3,2	Manca la possibilità di campionamento
		2	Sufficiente	0,20	3,20		
		3	Sufficiente	0,20	3,20		
		4	Sufficiente	0,20	3,20		
		5	Sufficiente	0,20	3,20		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				





 159

LOTTO 34 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA PER DRENAGGIO TORACICO TRICAMERALE
DITTA POLIMED SRL COD. 10105 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
		1	Ottimo	1,00	9,00		

[Handwritten signatures and initials]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2	Ottimo	1,00	9,00	9
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				

*R
S
V
C
M
161*

LOTTO 34 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SISTEMA PER DRENAGGIO TORACICO TRICAMERALE
DITTA TELEFLEX SRL COD. A-8000 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
		1			0,00		

NON VALUTATO Manca copia dell'etichetta del confezionamento primario e secondario, requisito essenziale.

[Handwritten signatures and initials]
 162

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	2			0,00	0
		3			0,00	
		4			0,00	
		5			0,00	
		TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'				
						0 ESCLUSO

R *EB* *W* *W* *M*
163

LOTTO 35 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA 35.1 SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO CON SACCA DI RACCOLTA
35.2 SACCA DI RACCOLTA DI RICAMBIO PER SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VOTO

DITTA SECURMED COD. 35.1 132031ROY30BXX 35.2 00715151507L3

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	La sacca di raccolta non si collega al fondo del bulbo ma nella parte superiore. Scomoda da montare
		2	Insufficiente	0,00	0,00		
		3	Insufficiente	0,00	0,00		
		4	Insufficiente	0,00	0,00		
		5	Insufficiente	0,00	0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Sufficiente	0,20	3,20	3,2	Connessione difficile la sacca si connette troppo vicina al drenaggio
		2	Sufficiente	0,20	3,20		
		3	Sufficiente	0,20	3,20		
		4	Sufficiente	0,20	3,20		
		5	Sufficiente	0,20	3,20		
Praticità d'uso	16	1	Insufficiente	0,00	0,00	0	Inspiegabile il collegamento con la sacca di drenaggio macchinoso da predisporre
		2	Insufficiente	0,00	0,00		
		3	Insufficiente	0,00	0,00		
		4	Insufficiente	0,00	0,00		
		5	Insufficiente	0,00	0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		

R *FP* *le* *AV* *M* *164*

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						28,2 ESCLUSO







 165

LOTTO 35 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA 35.1 SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VUOTO CON SACCA DI RACCOLTA
35.2 SACCA DI RACCOLTA DI RICAMBIO PER SISTEMA DI DRENAGGIO A BASSO VOTO

DITTA POLIMED SRL COD. 35.1 226XX 35.2 COD. 12004

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
166

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	1	Ottimo	1,00	9,00	9
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70






LOTTO 36 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CATERE PER DRENAGGIO PLEURICO
DITTA MOVI COD. 5324.27 5325.27 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] CV [Signature] 168

LOTTO 36 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA CATERE PER DRENAGGIO PLEURICO
DITTA SVAS COD. 1SVASPI111250 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 37 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER DRENAGGIO PLEURICO TIPO THAL-QUICK CON TECNICA SELDINGER

DITTA COOK COD. C-TQTS 1600/1800/2000/2400 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA POLIMED SRL COD. TOR 0223 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	14,00	19	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	








LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA BECTON DIVISIONE MEDICA COD. KIT/TORACENTESI/SC-80 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA ASCOM COD. MF030693 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	

R

 AL

 173

LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA KNOW MEDICAL COD. EL 804209-0 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Ottimo	1,00	18,00	18	
		2	Ottimo	1,00	18,00		
		3	Ottimo	1,00	18,00		
		4	Ottimo	1,00	18,00		
		5	Ottimo	1,00	18,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70	







LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA SECURMED COD. 1330513404046 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell' eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Rubinetto di scarico poco maneggevole
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA SVAS COD. 1SVASD013018 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Rubinetto di scarico poco maneggevole
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	





LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA VIGEO COD. TR80200-00 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Rubinetto di scarico poco maneggevole
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						55,6	





LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI
DITTA MULTIMEDICAL COD. 090761/MM CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1	Sufficiente	0,20	3,60	3,6	Rubinetto di scarico poco maneggevole
		2	Sufficiente	0,20	3,60		
		3	Sufficiente	0,20	3,60		
		4	Sufficiente	0,20	3,60		
		5	Sufficiente	0,20	3,60		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1	Ottimo	1,00	19,00	19	
		2	Ottimo	1,00	19,00		
		3	Ottimo	1,00	19,00		
		4	Ottimo	1,00	19,00		
		5	Ottimo	1,00	19,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1	Ottimo	1,00	14,00	14	
		2	Ottimo	1,00	14,00		
		3	Ottimo	1,00	14,00		
		4	Ottimo	1,00	14,00		
		5	Ottimo	1,00	14,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'					55,6		

178

LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA MEDIPLAST SRL COD. 601-81T FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							
			0 ESCLUSO				

NON VALUTATO, non è stato presentato il campione.







LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA TELEFLEX COD. 17038007 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Non ha rubinetto di scarico sacca, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		








LOTTO 38 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI

DITTA ARIES COD. SP031003 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Non ha ribinetto di scarico sacca, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							0 ESCLUSO








LOTTO 39 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER TORACENTESI DI SICUREZZA
DITTA POLIMED SRL COD. 10815 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Non ha catetere in poliuretano con fori centimetrato, non conforme
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							0 ESCLUSO

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] 182

LOTTO 40 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA SET PER IL DRENAGGIO PERCUTANEO DI EMOTORACE ED ENFISEMA
DITTA POLIMED COD. 10802 10803 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
<input checked="" type="checkbox"/> Conformazione del dispositivo e dell'eventuale trocar	18	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e atraumaticità nel posizionamento	19	1			0,00	0	Non ha la siringa da 10 ml, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Facilità e sicurezza di connessione con il sistema di aspirazione	19	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	14	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							0 ESCLUSO

R *SP* *AC* *di* *193*

LOTTO 41 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA VALVOLE DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH

DITTA POLIMED COD. 10530 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

Handwritten signature

Handwritten signature

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 41 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA VALVOLE DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH

DITTA ASCOM COD. MF030573 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

(Handwritten signatures and initials)

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 41 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA VALVOLE DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH
DITTA KNOW MEDICAL COD. EL975007-0 FATALTI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 188

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	91
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70







 189

LOTTO 41 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA VALVOLA DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH
DITTA MOVI COD. 5911.25 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Praticità d'uso	16	1			0,00	0	Non ha il doppio raccordo universale, requisito essenziale
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1			0,00	0	
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		

Free
CV
Mov
130

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5			0,00	0	0 ESCLUSO
		1			0,00		
		2			0,00		
		3			0,00		
		4			0,00		
		5			0,00		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'							

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 42 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE A BOLLE
DITTA F.A.S.E. COD. 50021 CON FTALATI

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70






LOTTO 42 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE A BOLLE

DITTA ID & CO SRL COD. 1430007010 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		




 AV
 M...
 R...
 154

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 42 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE A BOLLE

DITTA MEDIPLAST COD. 6099973-1AB FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00			
		3	Ottimo	1,00			
		4	Ottimo	1,00			

[Handwritten signature]

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70

LOTTO 42 - SCHEDA VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA TUBO DI CONNESSIONE A BOLLE

DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY COD. NDT5100 FTALATI FREE

CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE	Parametri max 70 p.	Componente	Giudizio	Coefficiente	Coefficiente per punti max parametro	Punteggio medio	Giustificazioni
Conformazione del dispositivo	13	1	Ottimo	1,00	13,00	13	
		2	Ottimo	1,00	13,00		
		3	Ottimo	1,00	13,00		
		4	Ottimo	1,00	13,00		
		5	Ottimo	1,00	13,00		
Facilità e sicurezza di connessione all'aspirazione e/o paziente	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Praticità d'uso	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		
		5	Ottimo	1,00	16,00		
Efficacia dell'aspirazione	16	1	Ottimo	1,00	16,00	16	
		2	Ottimo	1,00	16,00		
		3	Ottimo	1,00	16,00		
		4	Ottimo	1,00	16,00		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 198

Confezionamento (sistema di apertura, trasparenza per visualizzare il contenuto, eventuale doppia confezione sterile)	9	5	Ottimo	1,00	16,00	9
		1	Ottimo	1,00	9,00	
		2	Ottimo	1,00	9,00	
		3	Ottimo	1,00	9,00	
		4	Ottimo	1,00	9,00	
		5	Ottimo	1,00	9,00	
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'						70











La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

46-60-FE-52-1F-51-FD-4A-FC-30-C2-AF-CC-7D-F9-0A-67-E9-94-30

CADES 1 di 4 del 13/04/2021 14:53:14

Soggetto: MARGHERITA ANNA PERUCCA PRCMGH61D64E445X

Validità certificato dal 20/04/2020 10:00:13 al 20/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0113 D16F



CADES 2 di 4 del 15/04/2021 15:40:49

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CADES 3 di 4 del 16/04/2021 15:32:58

Soggetto: STEFANO TARAGLIO TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CADES 4 di 4 del 16/04/2021 16:28:08

Soggetto: CARLO PICCO PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525



Allegato 4) Prospetto di aggiudicazione

CIG. 79060620C2										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COD. DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLES. PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
1	Drenaggio rotondo postchirurgico in PVC con trocar	Tubo di drenaggio tipo Redon c/ago trocar ch 8/10/12/14 cod. 240XX	150	1.500	1.650	POLIMED SRL	€ 1,78	€ 267,00	€ 2.670,00	€ 2.937,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 3.583,14										
CIG. 7906069687										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	COD. DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLES. PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
2	Drenaggio rotondo poschirurgico in silicone	Drenaggio silicone tipo View ch 9/12/15/18/21/24/28/30/33/36 cod. 243XX	7.740	3.700	11.440	POLIMED SRL	€ 1,76	€ 13.622,40	€ 6.512,00	€ 20.134,40
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 24.563,97										
CIG. 7906072900										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

3	Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone con sacca	Drentech Bag circuito chiuso ch 9/12/15/18/20/24/28/30/33/36 cod. 214XX	-	2.200	2.200	POLIMED SRL	€ 5,71	-	€ 12.562,00	€ 12.562,00
---	--	---	---	-------	-------	-------------	--------	---	-------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 15.325,64

CIG. 7906076C4C

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
4	Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone, non spiralato	Smart Drain scanalato con ago ch 10/15/19 cod. 2470X	540	1.100	1.640	POLIMED SRL	€ 11,50	€ 6.210,00	€ 12.650,00	€ 18.860,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 23.009,20

CIG. 7906082143

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
5	Drenaggio rotondo postchirurgico in silicone scanalato, spiralato	Drenaggio tondo spiral drain c/ago ch 10/15/19 cod. 12460X	540	-	540	POLIMED SRL	€ 24,90	€ 13.446,00	-	€ 13.446,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 16.404,12

CIG. 790611085C

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	--	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

6	Serbatorio in silicone a basso vuoto	NON AGGIUDICATO								
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA										
CIG. 7906113AD5										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
7	Drenaggio piatto postchirurgico in silicone scanalato per l'intera lunghezza, non spiralato senza trocar	Drenaggio scanalato piatto 4x10 mm 3x7 mm cod. 2462X	-	250	250	POLIMED SRL	€ 20,00	-	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 6.100,00										
CIG. 790611EF4										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
8	Drenaggio postchirurgico in silicone per le vie biliari, tipo KEHR	Drenaggio a "T" silicone tipo KEHR ch 9/12/15/18/21/24 cod. 244XX	120	350	470	POLIMED SRL	€ 5,88	€ 705,60	€ 2.058,00	€ 2.763,60
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 3.371,60										
CIG. 7906128737										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

9	Drenaggio piatto postchirurgico con trocar	Vac drain cod. CO2014-9408 - 9411	3.420	-	3.420	SIAD HEALTHCARE SPA	€ 7,50	€ 25.650,00	-	€ 25.650,00
---	--	-----------------------------------	-------	---	-------	---------------------	--------	-------------	---	-------------

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 31.293,00

CIG. 7906133B56

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
10	Drenaggio capillare tipo "penrose"	cod. 2010-1406 1408 1410 1412 1415	690	-	690	SIAD HEALTHCARE SPA	€ 1,50	€ 1.035,00	-	€ 1.035,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 1.262,7

CIG. 79065481D1

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
11	Sistema di aspirazione a soffietto da 500 ml con drenaggio rotondo postchirurgico in PVC e trocar	SERODRAIN COD. RAPXX14101502	2.175	-	2.175	KNOW MEDICAL SRL	€ 3,76	€ 8.178,00	-	€ 8.178,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 9.977,16

CIG. 79065632E

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

12	Sistema di aspirazione a soffiato da 500 ml	Serodrain cod. 101.500.250	1.050	30	1.080	KNOW MEDICAL SRL	€ 3,54	€ 3.717,00	€ 106,20	€ 3.823,20
----	---	----------------------------	-------	----	-------	------------------	--------	------------	----------	------------

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 4.664,30

CIG. 7906581D09

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

13	Sistema di aspirazione a soffiato 50 ML	NON AGGIUDICATO								
----	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

CIG. 790659696B

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

14	Sistema di aspirazione a soffiato 100 ML con trocar	NON AGGIUDICATO								
----	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

CIG. 7906638C13

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

15	Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso per grandi volumi	NON AGGIUDICATO								
----	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

CIG. 7906701014

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
16	Serbatoio in silicone a basso vuoto	Drentech pump 100 ml 200 ml 400 ml cod. 104XX	-	2.100	2.100	POLIMED SRL	€ 5,20	-	€ 10.920,00	€ 10.920,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 13.322,40

CIG. 7906720fbd

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
17	Sistema di drenaggio a basso vuoto a circuito chiuso per piccoli volumi e trocar					NON AGGIUDICATO				

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

CIG. 7906740043

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
18	Sistema di drenaggio ad alto vuoto	Serodrain cod. 300.600.011	105	1.600	1.705	KNOW MEDICAL SRL	€ 1,821	€ 191,21	€ 2.913,60	€ 3.104,81

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 3.787,87

CIG. 7906751954

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

19	Sistema di drenaggio passivo con sacca	Kit di drenag. cod. 132031C2XX57TL	1.350	-	1.350	SECURMED SPA	€ 3,88	€ 5.238,00	-	€ 5.238,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 6.390,36										
CIG. 7907187123										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
20	Cannula semirigida per aspirazione punta cilindrica	Yankauer cod. Y1200 Y1800 P2000 Y2200	15.450	18.800	34.250	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 0,37	€ 5.716,50	€ 6.956,00	€ 12.672,50
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 15.460,45										
CIG. 7907192542										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
21	Cannula semirigida per aspirazione punta piatta	NON AGGIUDICATO								
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA €										
CIG. 7907197961										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
22	Cannula semirigida per aspirazione punta piatta	Yankauer EXTRU.FLEX cod. 1206 0220 65 CH 25 1207 0220 10 CH 30	90	1.300	1.390	ID & CO SRL	€ 0,80	€ 72,00	€ 1.040,00	€ 1.112,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 1.356,64										

CIG. 79072060d1										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
23	Cannula semirigida per aspirazione punta a spillo	Yankauer cod. GSS014-A1	14.700	-	14.700	BENEFIS SRL	0,298	€ 4.380,60	-	€ 4.380,60
111										
CIG. 790721583c										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
24	Set di aspirazione per chirurgia ortopedica	LINEA ORTHO-SUCTION cod. 3650	1.230	-	1.230	POLIMED SRL	€ 8,80	€ 10.824,00	-	€ 10.824,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 13.205,28										
CIG. 7907223ED4										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
25	Tubo di connessione per aspirazione 3 mt ch 30	EXTRU-FLEX 1000 cod. 1302 3000 10CO	53.979	33.500	87.479	ID & CO SRL	0,588	€ 31.739,65	€ 19.698,00	€ 51.437,65
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 62.753,93										
CIG. 79072293CB										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

26	Tubo di connessione per aspirazione 3 mt CH 25	Cod. 31211	-	12.000	12.000	FASE SRL	€ 0,52	-	€ 6.240,00	€ 6.240,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 7.612,80										
CIG.										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
27	Tubo di connessione per aspirazione 2 mt	Yankauer cod. 16942101A	18.000	-	18.000	BENEFIS SRL	€ 0,408	€ 7.344,00	-	€ 7.344,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 8.959,68										
CIG. 7907239C09										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
28	Tubo di connessione per aspirazione 6 mt	EXTRU-FLEX 1000 cod. 1302 6000 10CO	-	5.300	5.300	ID & CO SRL	1,513	-	€ 8.018,90	€ 8.018,90
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 9.783,06										
CIG. 7907243F55										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
29	Set per isterosuzione	Cod. TUB106H	1.350	1.000	2.350	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 3,80	€ 5.130,00	€ 3.800,00	€ 8.930,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 10.894,60										
CIG. 7907276A92										

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
30	Curetta rigida curva per aspirazione uterina	Cod. UCC07 UCC08 UCC09 UCC10 UCC11 UCC12	3.300	2.150	5.450	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	€ 0,92	€ 3.036,00	€ 1.978,00	€ 5.014,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 6.117,08

CIG. 79072927C7

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
31	Curetta semi-rigida dritta per aspirazione uterina					NON AGGIUDICATO				

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA €

CIG. 7907300E5F

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
32	Catetere per drenaggio toracico con trocar	Serodrain cod. RRPXXYY	1.200	640	1.840	KNOW MEDICAL SRL	€ 4,56	€ 5.472,00	€ 2.918,40	€ 8.390,40

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 10.236,29

CIG. 79073084FC

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIV A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

33	Set per drenaggio toracico con tecnica Seldinger	NON AGGIUDICATO								
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA €										
CIG. 79073139B										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
34	Sistema per drenaggio toracico tricamerale	Drentech Compact-3 cod. 10105	1.776	500	2.276	POLIMED SRL	€ 21,00	€ 37.296,00	€ 10.500,00	€ 47.796,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 58.311,12										
CIG. 7907319E0D										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
35.1 35.2	Sistema di drenaggio a basso vuoto con sacca di raccolta	Drentech Closed cod. 226XX 22600 22620 + SACCA 600 ml cod. 12004	180 + 2.760	-	2.940	POLIMED SRL	10,78 + € 1,50	€ 6.080,40	-	€ 6.080,40
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 7.418,09										
CIG. 7907334A67										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
36	Catetere per drenaggio pleurico	CAT JETCod. 1SVASP111250	60	-	60	SVAS BIOSANA SPA	€ 27,80	€ 1.668,00	-	€ 1.668,00
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 2.034,96										
CIG. 790744560A										

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
37	Set per drenaggio plaurico tipo Thal-Quick con tecnica Seldinger	THAL-QUICK cod. C-TQTS-1600 1800 2000 2400	36	150	186	COOK ITALIA SRL	€ 78,00	€ 2.808,00	€ 11.700,00	€ 14.508,00

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 17.699,76

CIG. 7907452BCF

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
38	Set per toracentesi	EXTENSION LINE cod. EL804209-O	3.024	1.300	4.324	KNOW MEDICAL SRL	€ 3,36	€ 10.160,64	€ 4.368,00	€ 14.528,64

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 17.724,94

CIG. 7907456F1B

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
39	Set per toracentesi di sicurezza					NON AGGIUDICATO				

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA €

CIG. 790746133F

LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA A PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
-------	-----------------------	---------------------	---	------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------

40	Set per drenaggio percutaneo di emotorace ed enfisema	NON AGGIUDICATO								
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA €										
CIG. 7907467831										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
41	Valvola di non ritorno Heimlich	EXTENSION LINE cod. EL975007-0	960	150	1.110	KNOW MEDICAL SRL	€ 5,45	€ 5.232,00	€ 817,50	€ 6.049,50
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 7.380,39										
CIG. 7907471B7D										
LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	CODICE DEL PRODOTTO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' PRESUNTA 36 MESI ASL TO4	QUANTITA' COMPLESSIVA PRESUNTA 36 MESI	DITTA AGGIUDICATARIA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	TOT. ASL.C.T. IVA ESCLUSA	TOT. ASL TO4 IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
42	Tubo di connessione a bolle	Cod. 50021	851	-	851	FASE SRL	€ 5,30	€ 4.510,30	-	€ 4.510,30
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 5.502,57										

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

1A-BE-89-6E-38-44-30-68-F9-82-50-2C-1F-93-81-0B-3E-7B-D7-E7

CAdES 1 di 4 del 13/04/2021 14:53:18

Soggetto: MARGHERITA ANNA PERUCCA PRCMGH61D64E445X

Validità certificato dal 20/04/2020 10:00:13 al 20/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0113 D16F



CAdES 2 di 4 del 15/04/2021 15:40:49

Soggetto: EVA COLOMBO CLMVEA68E44F704K

Validità certificato dal 21/04/2020 15:30:57 al 21/04/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 0114 180B



CAdES 3 di 4 del 16/04/2021 15:32:58

Soggetto: STEFANO TARAGLIO TRGSFN59M17L219E

Validità certificato dal 22/01/2021 11:54:38 al 23/02/2024 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 014C 18DA



CAdES 4 di 4 del 16/04/2021 16:28:08

Soggetto: CARLO PICCO PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 09/01/2020 16:21:59 al 09/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 00FF 3525

