

Via San Secondo, 29 bis - 10128 Torino
☎ 011/5662204 Fax 011/5662293
E-mail: beni.servizi@aslcitytorino.it
PEC: beni.servizi@pec.aslcitytorino.it

Prot. n./25 del

A tutte le Ditte

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI CUSTOM MADE PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E OTORINOLARINGOIATRIA OCCORRENTE ALL’ASL CITTA’ DI TORINO.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla manifestazione citata in oggetto, si comunica quanto segue:

QUESITO 1	Considerato che tra le tecnologie di stampa elencate menzionate la DMLS e considerato che la nostra Azienda utilizza tecnologia di stampa EBM che risulta essere equivalente da un punto di vista tecnico e funzionale, siamo a chiedere se è ammessa la partecipazione anche attraverso l’utilizzo della predetta tecnologia.
RISPOSTA 1	No, perché la tecnologia EBM è uno standard datato e limitato nell’applicazione rispetto alle tecnologie più recenti e innovative che risultano più implementabili.
QUESITO 2	Relativamente ai materiali, elencate differenti tipi. Vorremmo pertanto chiedere se per la partecipazione è vincolante l’offerta di tutti i materiali elencati o è possibile partecipare offrendo esclusivamente un solo tipo di materiale, nello specifico della scrivente il Titanio Ti6Al4V-ELI.
RISPOSTA 2	No, perché la programmazione preoperatoria e l’applicazione del dispositivo inteaoperatoriamente sono processi che non possono essere disgiunti per un fitting ottimale del dispositivo stesso.
QUESITO 3	Per quanto riguarda il riferimento agli elementi in Polietilene, siamo a chiedere se sia possibile partecipare con materiale in Resina solida

	autoclavabile biocompatibile, di cui possiamo fornire scheda tecnica.
RISPOSTA 3	No, perché in polietilene sono più adattabili durante l'attività chirurgica in caso di necessità.

Si precisa, infine, che la scadenza di suddetta indagine di mercato verrà posticipata alle h. 12.00 del 17.10.2025.

Distinti saluti

Il RUP
Dott.ssa Alessandra COMOGLIO
Firmato in originale